

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440605-2023-11315**

采购项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

采购人：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

采购代理机构：佛山联恒招投标代理有限公司

## 第一章 投标邀请

佛山联恒招投标代理有限公司受佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）的委托，采用公开招标方式组织采购桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

采购计划编号：440605-2023-11315

采购项目编号：440605-2023-11315

采购方式：公开招标

预算金额：3,775,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1）):

采购包预算金额：1,916,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	医用 X 线诊断设备	数字化医用X射线摄影系统	1.00(台)	详见第二章	否
1-2	医用 X 线附属设备及部件	医用高清阅片显示器	2.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。

采购包2(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2）):

采购包预算金额：489,300.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	医用激光仪器及设备	二氧化碳激光治疗仪	1.00(台)	详见第二章	否
2-2	医用激光仪器及设备	调Q开关激光治疗机（配皮肤检测设备）	1.00(台)	详见第二章	否
2-3	医用激光仪器及设备	窄谱紫外线光疗仪	1.00(台)	详见第二章	否
2-4	医用激光仪器及设备	吸烟机	1.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。

采购包3(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3）):

采购包预算金额：250,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
3-1	口腔设备及器械	根管测量仪	5.00(台)	详见第二章	否
3-2	口腔设备及器械	牙周治疗仪	2.00(台)	详见第二章	否
3-3	口腔设备及器械	根管预备机(机扩马达)	4.00(台)	详见第二章	否
3-4	消毒灭菌设备及器具	压力蒸汽灭菌快速生物培养器	1.00(台)	详见第二章	否
3-5	消毒灭菌设备及器具	低温过氧化氢等离子快速生物培养器	1.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限: 合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。

采购包4(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包4)):

采购包预算金额: 570,700.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
4-1	手术器械	乳房活检系统	1.00(台)	详见第二章	否
4-2	医用内窥镜	小儿输尿管镜	1.00(台)	详见第二章	否
4-3	医用内窥镜	电切内窥镜及附件	1.00(套)	详见第二章	否
4-4	医用内窥镜	宫腔内窥镜(冷刀)	1.00(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限: 合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。

采购包5(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包5)):

采购包预算金额: 10,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
5-1	临床检验设备	全自动凝血分析仪	1.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限: 合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。

采购包6(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包6)):

采购包预算金额: 539,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
6-1	医用内窥镜	高清电子支气管镜	1.00(台)	详见第二章	否
6-2	医用电子生理参数检测仪器设备	FeNo检测仪	1.00(台)	详见第二章	否
6-3	医用内窥镜	可视喉镜	1.00(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限: 合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。

## 二.投标人的资格要求

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1））： 本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包2（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2））： 本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包3（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3））： 本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境

标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包4（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4））：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包5（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5））：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包6（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6））：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。

3)如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包2（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录

名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。

3)如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包3（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。

3)如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包4（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。

3)如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包5（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。

3)如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第

三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。

4)本项目不接受联合体投标。

采购包6（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。

3)如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。

4)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；佛山市公共资源交易中心南海分中心（<http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzyx/znjj/>）、佛山联恒招投标代理有限公司官网（<https://www.fslhztb.com/>）（公告内容和时间不一致时，以广东省政府采购网发布的为准）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

地址：佛山市佛平路40号

联系方式：0757-86326153

#### 2.采购代理机构信息

名称：佛山联恒招投标代理有限公司

地址：佛山市禅城区季华西路133号A3座

联系方式：0757-83136061

### **3.项目联系方式**

项目联系人：罗小姐、马小姐、许小姐

电话：0757-83136061

### **4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：佛山联恒招投标代理有限公司



## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

现需购买桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二），包括放射科专业设备1批、皮肤科专业设备1批、口腔及消毒辅助设备1批、腔镜及手术设备1批、检验设备1批、呼吸科诊疗设备1批。

注意：请供应商特别注意，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标或者成交后无正当理由拒绝与采购人签订合同的行为均属于违法行为，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

采购包1（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1））

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点；
付款方式	1期：支付比例100%,1.合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%； 2.中标人凭以下有效文件进行结算： 1) 合同； 2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 3) 中标通知书； 4) 请款函； 5) 验收调试合格报告（加盖采购人公章）； 3. 对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。 4.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。
验收要求	1期： 1.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
履约保证金	不收取
	1.★报价要求，（1）本项目总价包干最高限价为1916000.00元，投标报价若超过项目最高控制金额及分项预算单价的，将被视为无效报价。（2）报价

方式以人民币为报价货币。（3）本项目实行总价包干，报价中须包含在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。投标人应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，投标报价应包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、中标服务费、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。投标人必须充分考虑市场价格的调节，服务期内采购人将不再增加任何费用。

2.★总报价，总报价中不得包含公开招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，成交后不作任何调整。

3.质保期及售后服务要求，1）质量保证期（简称“质保期”）内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。2）中标人所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月（医用高清阅片显示器验收合格后整机在1年内出现故障的承诺包换，抗蓝光），软件提供终身升级服务，质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标人在投标文件中承诺，格式自拟）。3）质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障外）。4）任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。5）售后服务必须由生产厂家或中标人承担，给采购人造成经济损失的中标人应承担相应经济责任。6）质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。7）质保期内提供周期上门服务：中标人须在设备验收后，每三个月例行上门检测设备运行状态。8）中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。9）中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响采购人的正常工作业务，费用由中标人负责。10）质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。11）所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。12）质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当

其他

发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。13) 质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。14) 数字化医用X射线摄影系统需要“交钥匙工程”，包含机房装修，机房施工预评、控评及验收发证等，配套自动跟踪放射防护系统。

4. 供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。

5. 对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

6. 虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

7. 其他说明，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

## 2. 技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行业	技术要求
1	△	医用 X 线诊断设备	数字化医用X射线摄影系统	台	1.00	1,817,000.00	1,817,000.00	工业	详见附表一
2		医用 X 线附属设备及部件	医用高清阅片显示器	台	2.00	49,500.00	99,000.00	工业	详见附表二

附表一：数字化医用X射线摄影系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

<p>1</p>	<p>注：1.政策性要求：投标方案中所提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购或优先采购的，须按采购文件要求提交相关证明文件，具体要求详见投标文件格式中的“节能产品、环境标志产品证明材料”部分。</p> <p>2.以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。以下需求有关标准/规范的要求，如有更新，以最新现行版本为准。</p> <p>除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。</p> <p>以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。</p> <p>一、★本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。</p> <p>二、★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。</p> <p>三、★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。</p>
	<p>数字化医用X射线摄影系统（1台）</p> <p>1.功能需求</p> <p>实现包括胸部、四肢、头颅和腹部等各部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理</p> <p>2.主要技术规格和要求</p> <p>2.1高压发生器</p> <p>▲2.1.1高压发生器输出波纹频率≥500KHZ</p> <p>2.1.2高压发生器标称电功率≥ 65KW</p> <p>2.1.3管电压可调范围为40-150KV</p> <p>▲2.1.4最大输出毫安秒≥1000mAs</p> <p>▲2.1.5高压发生器最大曝光时间≥10s</p> <p>2.1.6具备AEC自动曝光控制</p> <p>2.1.7具备发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光</p> <p>2.2X线球管</p> <p>2.2.1阳极热容量≥ 300KHU</p> <p>2.2.2阳极散热率≥1200HU/s</p> <p>2.2.3管套热容量≥ 1200kHU</p>

- 2.2.4球管焦点 $\leq 0.6/1.2\text{mm}$
- 2.2.5最大承受功率 $\geq 32/78\text{KW}$
- 2.2.6具备可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距功能
- 2.2.7缩光器旋转角度 $\geq \pm 45$ 度
- ▲2.2.8球管架垂直运动距离 $\geq 180$ 厘米
- 2.2.9具备激光定位线功能
- 2.2.10具备缩光器照射野可自动调整功能
- 2.2.11具备缩光器可调用上次采集的束光野大小功能
- 2.2.12球管架沿人体纵轴运动距离 $\geq 340$ 厘米
- 2.2.13球管架沿人体横轴运动距离 $\geq 180$ 厘米
- 2.2.14X线球管套可沿垂直轴旋转 $\geq -150$ 度/ $+180$ 度
- 2.2.15X线球管套可沿水平轴旋转 $\geq \pm 130$ 度
- 2.2.16具备近台彩色触摸屏
- 2.3近台操作控制系统
- 2.3.1具备屏幕重力感应自动调整方向功能
- 2.3.2具备可显示患者信息，如姓名、患者编号等功能
- 2.3.3具备大小焦点快速切换功能
- 2.3.4具备电离室可调整功能
- 2.3.5具备曝光参数可实时调整（如kV、ms、mAs等）功能
- 2.3.6具备可显示图形化摆位指南，可按照该指南对患者进行准确的摆位
- 2.3.7具备可显示系统状态消息功能
- 2.4无线远程遥控器
- 2.4.1具备可遥控胸片架及电动床电动升降功能
- 2.4.2具备可遥控限束器光野控制功能
- 2.4.3供电电池类型为锂电池
- 2.4.4待机时间 $\geq 8$ 小时
- ▲2.4.5控制类型：无线射频遥控，非红外
- 2.4.6充电形式：无线电磁感应式
- 2.5无线平板探测器
- 2.5.1探测器结构：碘化铯/非晶硅
- 2.5.2探测器有效尺寸 $> 42\text{cm} \times 42\text{cm}$
- 2.5.3像素尺寸 $< 140\mu\text{m}$
- 2.5.4采集灰阶度 $\geq 16\text{bits}$
- 2.5.5空间分辨率 $> 3.5\text{lp/mm}$
- ▲2.5.6无线平板探测器供电方式锂离子电容式供电，充电时无须拆卸（提供平板探测器正反面照片证明）
- 2.5.7采集矩阵 $> 3000 \times 3000$
- 2.5.8具备无电缆无线传输所采集图像
- 2.5.9图像预览时间 $\leq 3$ 秒
- 2.5.10探测器最大承重 $\geq 150\text{kg}$

2.5.11具备无线平板探测器可自动充电

2.6摄影床

▲2.6.1床面具备电动升降功能，可降最低高度≤500mm

2.6.2床面纵向移动范围≥ ± 40cm

2.6.4床面横向移动范围≥ ± 12cm

2.6.5具备垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放

2.6.6滤线栅栅比≥10:1

2.6.7滤线栅栅密度≤50lp/cm

2.6.8最大承重量≥ 200kg

▲2.6.9具备旋转球管进行打角度操作，床面内探测器自动进行跟踪随动，包括自动垂直跟踪，和倾斜跟踪

2.7胸片架

▲2.7.1胸片架可电机驱动的最低高度≤32cm

2.7.2源像距SID: 150-300CM

2.7.3平板接收器可在-20度/+90度变化

2.7.4滤线栅栅比≥10:1

2.7.5滤线栅栅密度≤50lp/cm

2.7.6具备X线球管与数字平板在胸片架上投照时能做自动同步追踪运动

2.7.7具备无线遥控器控制胸片架垂直升降和调整束光野大小

2.8系统操作台

▲2.8.1具备采集工作站支持实时显示患者摆位的视频画面

2.8.2支持与RIS和HIS系统的集成

2.8.3具备主机控制台与高压发生器高度集成,可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置功能

2.8.4具备器官程序选择功能

2.8.5具备水平和垂直图像镜像功能

2.8.6具备图像旋转功能

2.8.7具备左右定位标记功能

2.8.9具备图像放大功能

2.8.10具备高效拍摄效率，图像采集工作站可同时进行多患者管理，例如：待检查、正在检查、检查完成。（提供功能截图照片证明）

2.8.11具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

▲2.8.12具备支持隔室在采集工作站上进行长骨拼接起始点与终止点范围设置

2.8.13具备系统可根据不同患者的年龄信息，自动调节到对应的患者曝光模式，例如：婴儿拍摄模式、儿童拍摄模式、成人拍摄模式（提供功能截图照片证明）

2.8.14具备为保证系统整体各部件高度集成，要求图像采集工作站具备整机故障预判功能，可精准定位系统故障，并提供相关故障诊断文字说明（提供功能截图照片证明）

2.8.15具备为保证系统与平板探测器高度集成，要求图像采集工作站可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能（提供功能截图照片证明）

2.8.16具备为保证系统与球管高度集成，要求图像采集工作站可检测球管热容量使用情况并具备显示功能（提供功能截图照片证明）

	<p>2.8.17主机工作站操作台内存≥8GB</p> <p>2.8.18硬盘容量≥ 1T</p> <p>2.8.19可存储图像数量≥ 10000幅</p> <p>2.9长骨拼接</p> <p>▲2.9.1具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能，长骨自动拍摄功能，拍摄时球管中心位置保持不变，采用打角度的方式进行曝光拍摄</p> <p>2.9.2配备长骨拼接架</p> <p>2.9.3配备长骨拼接功能</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：医用高清阅片显示器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>医用高清阅片显示器（2台）</p> <p>1.显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准(提供相关的证明材料)；</p> <p>2.基本参数：显示器<math>\geq 30</math>英寸，分辨率<math>\geq 3280 \times 2048</math>，点距<math>\leq 0.197 \times 0.197\text{mm}</math>，最大亮度<math>\geq 1300\text{cd/m}^2</math>，对比度<math>\geq 2000: 1</math>，响应时间<math>\leq 28\text{ms}</math>（<math>T_{\text{on}} \leq 13\text{ms}</math>，<math>T_{\text{off}} \leq 15\text{ms}</math>），可视角度<math>\geq 178^\circ</math>（<math>\text{CR} \geq 10</math>）；</p> <p>3.显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节(提供相关的证明材料)；</p> <p>4.显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡(提供相关的证明材料)；</p> <p>5.色彩度<math>\geq 4.398\text{Trillion}(42\text{bit})</math>；</p> <p>6.视频输入接口：DVI-D<math>\times 1</math>、DP<math>\times 1</math>；</p> <p>7.观片灯功能 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片；</p> <p>8.显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正；</p> <p>9.显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下(提供相关的证明材料)；</p> <p>10.显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节；</p> <p>11.▲残影消除 显示器可自行对残影进行消除，保证医学影像显示的精准；</p> <p>12.▲老化检测 显示器可自动进行老化检测，并实时校正；</p> <p>13.▲质量控制软件：</p> <p>（1）智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能（提供软件功能截图或者照片）；</p> <p>（2）软件设置模块提供<math>\geq 12</math>个不可变更的标准QC策略库，此类策略只可查看，不支持修改；</p> <p>（3）软件首页可查看连接专业显示器的基本信息，配置QA计划任务，选择QC策略，锁定菜单，设置环境照度，阅片环境，工程码等；</p> <p>（4）性能检测模块可对显示器进行专业的性能检测，以判别当前显示器是否符合医用DICOM诊断标准。性能检测完成后，会显示本次检测的结果；</p> <p>（5）校准功能模块主要用于对显示器的DICOM曲线进行标准型校准，校准执行完毕后，会呈现出此次校准的结果；</p> <p>（6）报告模块主要用于展示检测和校准的历史记录，可通过机型、SN、操作类型、结果、QC策略、操作人、日期范围、显示器类型等进行精确定位。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

采购包2（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点；



付款方式	<p><b>1期：支付比例100%,1.合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%； 2.中标人凭以下有效文件进行结算： 1）合同； 2）正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 3）中标通知书； 4）请款函； 5）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； 3.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。 4.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</b></p>
验收要求	<p><b>1期： 1.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。</b></p>
履约保证金	不收取
	<p><b>1.★报价要求，（1）本项目总价包干最高限价为489300.00元，投标报价若超过项目最高控制金额及分项预算单价的，将被视为无效报价。（2）报价方式以人民币为报价货币。（3）本项目实行总价包干，报价中须包含在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。投标人应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，投标报价应包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、中标服务费、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。投标人必须充分考虑市场价格的调节，服务期内采购人将不再增加任何费用。</b></p> <p><b>2.★总报价，总报价中不得包含公开招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报</b></p>

其他

价中，成交后不作任何调整。

3.质保期及售后服务要求，1) 质量保质期（简称“质保期”）内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。2) 中标人所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标人在投标文件中承诺，格式自拟）。3) 质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障外）。4) 任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。5) 售后服务必须由生产厂家或中标人承担，给采购人造成经济损失的中标人应承担相应经济责任。6) 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。7) 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。8) 中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响采购人的正常工作业务，费用由中标人负责。9) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。10) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。11) 质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。12) 质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。

4.供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。

5.对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

6.虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

7.其他说明，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行业	技术要求
1		医用激光仪 器及设备	二氧化碳激光治疗仪	台	1. 0 0	37,300.00	37,300.00	工业	详见 附表 一
2	△	医用激光仪 器及设备	调Q开关激光治疗机（配 皮肤检测设备）	台	1. 0 0	373,000.00	373,000.00	工业	详见 附表 二
3		医用激光仪 器及设备	窄谱紫外线光疗仪	台	1. 0 0	69,000.00	69,000.00	工业	详见 附表 三
4		医用激光仪 器及设备	吸烟机	台	1. 0 0	10,000.00	10,000.00	工业	详见 附表 四

附表一：二氧化碳激光治疗仪

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求

	<p>注：1.政策性要求：投标方案中所提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购或优先采购的，须按采购文件要求提交相关证明文件，具体要求详见投标文件格式中的“节能产品、环境标志产品证明材料”部分。</p> <p>2.以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。以下需求有关标准/规范的要求，如有更新，以最新现行版本为准。</p> <p>除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。</p> <p>以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。</p> <p>一、★本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。</p> <p>二、★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。</p> <p>三、★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。</p>
1	<p>二氧化碳激光治疗仪（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.激光波长≥10.6 微米；</li> <li>2.激光器最大功率：40W；</li> <li>3.▲可调终端输出功率范围：0.5-30W 可调；       <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）0.5-1W 为 0.1W 步进可调；</li> <li>（2）1-10W 为 0.5W 步进可调；</li> <li>（3）10-30W 为 1W 步进可调；</li> </ol> </li> <li>4.引导光束：红色半导体激光（650 纳米，5 毫瓦）；</li> <li>5.系统控制：采用微电脑控制；</li> <li>6.排烟系统：吹烟方式；</li> <li>7.冷却方式：内置封闭水冷循环系统；</li> <li>8.显示方式：数码显示；</li> <li>9.导光系统：≥6 关节扭簧导光臂；</li> <li>10.有多种刀头可供选择；</li> <li>11.▲机内有过温保护、过载保护、断水保护等多种保护电路。</li> </ol>

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>
----	---

附表二：调Q开关激光治疗机（配皮肤检测设备）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>调Q开关激光治疗机（配皮肤检测设备）（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器；</li> <li>2.激光波长：1064nm/532nm；</li> <li>3.▲传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂；</li> <li>4.▲治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能；</li> <li>5.▲光斑直径：1064nm:2~8mm（8mm为平行光传输）；532nm:1.5~7mm（7mm为平行光传输）；</li> <li>6.▲脉冲宽度：6ns，6ns+6ns；</li> <li>7.终端单脉冲输出能量：1064nm: 100mj-1600mj；532nm: 20mj-400mj；</li> <li>8.光路系统：采用陶瓷双腔、双棒；</li> <li>9.重复频率：1~10Hz；</li> <li>10.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调；</li> <li>11.▲冷却系统：采用封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置；</li> <li>12.控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，具备主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能；</li> <li>13.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能；</li> <li>14.电源：AC220V/50Hz/10A。</li> </ol>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表三：窄谱紫外线光疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>窄谱紫外线光疗仪（1台）</b></p> <p>1.光源选用灯管，保证治疗效果；</p> <p>2.采用电子镇流器，光谱分布稳定性高，不需要预热时间，可以瞬时启、停而不影响治疗效果；</p> <p>3.采用微电脑自动控制辐照剂量和辐照时间,确保控制精度保留传统的时间控制经验方式，方便操作；</p> <p>4.具备安全辐照剂量、辐照时间的设定，输入数据超过安全值，控制器将作为无效输入，具备报警功能，灯管不允许被点亮，以确保操作的安全性和有效性；</p> <p>5.辐照过程中，控制器以操作人员设定的辐照剂量（或时间）值为基数作递减计数并在显示器上显示余值，可随时掌握设备运行状态，运行结束自动关闭灯管；</p> <p>6.装有光源的辐照反射器可上下移动和左右旋转，可安排患者任意在卧、坐或站的状态下接受治疗；</p> <p>7.▲有效辐照面积（长×宽）：≤300mm×400mm（保证光源聚集）；</p> <p>8.▲升降空间：≥400mm；</p> <p>9.旋转角度：≥90；</p> <p>10.配防护眼镜2副。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表四：吸烟机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>吸烟机（1台）</b></p> <p>1.适用于妇科皮肤科等排除治疗操作过程中产生的烟尘及异味；</p> <p>2.排除其他有关手术中所产生的混合气体、和烟尘及异味。</p> <p>3.参数：</p> <p>（1）输入电压：220V，50Hz；</p> <p>（2）输出功率：≥100W；</p> <p>（3）风量：≥4.0m/min；</p> <p>（4）吸气负压：≥20Kpa；</p> <p>（5）噪音：≤60分贝。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

采购包3（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3））

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
---------	-------------------------------------

标的提供的地点	采购人指定地点；
付款方式	<p><b>1期：支付比例100%,1.合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%； 2.中标人凭以下有效文件进行结算： 1) 合同； 2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 3) 中标通知书； 4) 请款函； 5) 验收调试合格报告（加盖采购人公章）； 3. 对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。 4.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</b></p>
验收要求	<p><b>1期： 1.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。</b></p>
履约保证金	不收取
	<p><b>1.★报价要求，（1）本项目总价包干最高限价为250000.00元，投标报价若超过项目最高控制金额及分项预算单价的，将被视为无效报价。（2）报价方式以人民币为报价货币。（3）本项目实行总价包干，报价中须包含在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。投标人应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，投标报价应包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、中标服务费、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。投标人必须充分考虑市场价格的调节，服务期内采购人将不再增加任何费用。</b></p> <p><b>2.★总报价，总报价中不得包含公开招标文件要求以外的内容，否则，在评标</b></p>

其他

时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，成交后不作任何调整。

3.质保期及售后服务要求，1) 质量保证期（简称“质保期”）内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。2) 中标人所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标人在投标文件中承诺，格式自拟）。3) 质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障外）。4) 任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。5) 售后服务必须由生产厂家或中标人承担，给采购人造成经济损失的中标人应承担相应经济责任。6) 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。7) 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。8) 中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响采购人的正常工作业务，费用由中标人负责。9) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。10) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。11) 质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。12) 质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。

4.供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。

5.对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

6.虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

7.其他说明，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

## 2.技术标准与要求



序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属行业	技术要求
1		口腔设备及器械	根管测量仪	台	5.00	7,000.00	35,000.00	工业	详见附表一
2	△	口腔设备及器械	牙周治疗仪	台	2.00	59,000.00	118,000.00	工业	详见附表二
3		口腔设备及器械	根管预备机（机扩马达）	台	4.00	12,000.00	48,000.00	工业	详见附表三
4		消毒灭菌设备及器具	压力蒸汽灭菌快速生物培养器	台	1.00	23,000.00	23,000.00	工业	详见附表四
5		消毒灭菌设备及器具	低温过氧化氢等离子快速生物培养器	台	1.00	26,000.00	26,000.00	工业	详见附表五

附表一：根管测量仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>注：1.政策性要求：投标方案中所提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购或优先采购的，须按采购文件要求提交相关证明文件，具体要求详见投标文件格式中的“节能产品、环境标志产品证明材料”部分。</p> <p>2.以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。以下需求有关标准/规范的要求，如有更新，以最新现行版本为准。</p> <p>除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。</p> <p>以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。</p> <p>一、★本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。</p> <p>二、★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。</p> <p>三、★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。</p>
	2	<p>根管测量仪（5台）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.具备3D显示高清触摸屏，易于操作；</li> <li>2.▲具备自动检测模块可诊断数据问题和连接线问题；</li> <li>3.机身可折叠；</li> <li>4.同步显示根管锉在根管内移动情况；</li> <li>5.具备多频根尖定位技术；</li> <li>6.具备自动校正功能；</li> <li>7.根尖区域可放大显示；</li> <li>8.▲可自由调节根尖止点区域。</li> </ol>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：牙周治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>牙周治疗仪（2台）</b></p> <p>1.功率消耗：不大于80VA；</p> <p>2.超声规格：手柄输出功率0.1-12W,工作刀头振动频率24-32KHz；正弦波式超声功率输出信号；</p> <p>3.操作模式：至少包含2种功能模式（标准和根管），一键选择，可根据治疗情况选择对应功能，确保精确的功率输出；</p> <p>4.操作面板：全触摸控制面板，可进行面板消毒和清洁；</p> <p>5.具备磁感应手柄挂架：可自动感应手柄信号，当手柄安放于挂架上时，可自动停止主机工作，避免误踩脚踏开关引起不必要的操作风险；</p> <p>6.脚踏开关：配置多功能脚踏开关控制，可通过脚踏开关进行功率和喷水的调节；</p> <p>7.LED光源手柄：手柄带LED光源；</p> <p>8.双独立供水瓶：机器自带双水瓶独立供水，水瓶和管路可以耐受多种液体；</p> <p>9.可卸式手柄管线：手柄管线可从机身拆卸，方便日常维修，保养；</p> <p>10.自动频率追踪和功率调节：正弦波式的自动功率调节，自动频率速率追踪≥5Hz。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表三：根管预备机（机扩马达）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>根管预备机（机扩马达）（4台）</b></p> <p>1.用途：用于口腔根管预备；</p> <p>2.组成：控制单元、带线马达手持件及连接器、反角弯机头、手机支架、F型喷嘴；</p> <p>3.主机扭矩范围：连续旋转状态下为0.6-4.0 N.cm；</p> <p>4.主机速度范围：连续旋转状态下为250-1200rpm；</p> <p>5.手柄重量≤150g（包括马达手机线）；</p> <p>6.牙锉柄部的最小适合长度11mm；</p> <p>7.牙锉最大总长为46 mm；</p> <p>8.On/Off 按钮在马达的手柄上，不用操作脚踏；</p> <p>9.▲视野入口具备微型反角机头；</p> <p>10.▲支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置；</p> <p>11.▲可预编不少于6个程序，适用于市面上的根管锉；</p> <p>12.ISO颜色标记，容易辨认旋转锉的型号。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表四：压力蒸汽灭菌快速生物培养器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>压力蒸汽灭菌快速生物培养器（1台）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用光谱分析法,通过快速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反应情况进行快速判定芽孢是否存活;</li> <li>2.▲用于压力蒸汽灭菌设备处理结果的快速监测，能够准确的在不大于60分钟内判断出生物监测结果;</li> <li>3.指示物自含式设计:降低交叉感染的风险,避免假阳性结果,提高监测的准确性;</li> <li>4.培养监测:不低于8个培养孔,独立显示当前状态、培养倒计时、通道状态、培养结果等，时间和培养温度实时同步显示,方便查询;</li> <li>5.语言:多种语言可按需显示，并可智能切换;</li> <li>6.智能识别:有效识别大部份非指示剂物品。对有效的指示剂识别后自动进入培养状态,无需手动确认;</li> <li>7.智能预警:具备氛围提示指示灯，进行实时自测和故障安全防护，可对故障、培养结果进行相对应的声光提示，可不查看显示屏即可知道培养结果，保证对培养结果的及时有效传递;</li> <li>8.智能查询:可通过配套监控软件查看培养的历史记录,也可通过浏览器浏览当前培养状态及历史记录，将当前培养结果及历史记录以报表形式打印出来。可记录不低于20000条培养结果;</li> <li>9.智能自动校验:配备触摸屏幕,开放集成的操作系统和多重加密管理权限，可以使设备在无需联接PC端的状态下进行传感器校验操作，及常规的维护保养;</li> <li>10.智能人性化设计:培养操作简单,夹破装置及防尘装置便捷合理,可实时查询、监控培养过程;</li> <li>11.▲设备可实现追溯信息的录入。具备RJ-45(10/100以太网)接口和2个DB9串口;</li> <li>12.▲每支灭菌后的指示物在培养信息录入时，可同时绑定对应阳性对照组的指示物信息，并且可将绑定的两种培养结果信息同时打印出来;</li> <li>13.▲采用精密机械式检测装置对指示物的插入与否进行检测，稳定可靠，不受周围环境光的影响。</li> </ol>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表五：低温过氧化氢等离子快速生物培养器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>低温过氧化氢等离子快速生物培养器（1台）</b></p> <p>1.使用光谱分析法,通过快速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反应情况进行快速判定芽孢是否存活;</p> <p>2.▲用于过氧化氢等离子体灭菌设备处理结果的快速监测,能够准确的在不大于<b>20</b>分钟内判断出生物监测结果;</p> <p>3.指示物自含式设计:降低交叉感染的风险,避免了假阳性结果,提高了监测的准确性;</p> <p>4.培养监测:不低于<b>8</b>个培养孔,独立显示当前状态、培养倒计时、通道状态、培养结果等,时间和培养温度实时同步显示,方便查询;</p> <p>5.语言:多种语言可按需显示,并可智能切换;</p> <p>6.智能识别:有效地识别大部份非指示剂物品。对有效的指示剂识别后自动进入培养状态,无需手动确认;</p> <p>7.▲智能预警:设备具备氛围提示指示灯,进行实时自测和故障安全防护,可对故障、培养结果进行相对应的声光提示,用户可不查看显示屏即可知道培养结果,保证了对培养结果的及时有效传递;</p> <p>8.智能查询:可通过配套监控软件查看培养的历史记录,也可通过<b>IE</b>浏览器浏览当前培养状态及历史记录,将当前培养结果及历史记录以报表形式打印出来。可记录不低于<b>10000</b>条培养结果;</p> <p>9.智能自动校验:配备触摸屏,开放集成的操作系统和多重加密管理权限,可以使设备在无需联接PC端的状态下进行传感器校验操作,及常规的维护保养;</p> <p>10.智能人性化设计:操作简单,夹破装置及防尘装置设置合理,可实时查询、监控培养过程;</p> <p>11.设备可实现追溯信息的录入,具备<b>RJ-45(10/100以太网)</b>接口和不少于<b>2</b>个<b>DB9</b>串口。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。</p>

采购包4（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4））

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	合同签订生效后 <b>15</b> 个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点;
付款方式	<p><b>1</b>期: 支付比例<b>100%</b>,<b>1</b>.合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的<b>100%</b>; <b>2</b>.中标人凭以下有效文件进行结算: <b>1)</b> 合同; <b>2)</b> 正式等额合法有效发票,收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致; <b>3)</b> 中标通知书; <b>4)</b> 请款函; <b>5)</b> 验收调试合格报告(加盖采购人公章); <b>3</b>.对于满足支付条件的,原则上在收到发票后<b>10</b>个工作日内办理支付手续。因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。 <b>4</b>.付款期间如因特殊情况需调整,由双方协商处理。</p>

验收要求	<p><b>1期:</b> 1.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物必须达到国家标准或行业标准,为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求; ③货物来源国官方标准。 4.货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。</p>
履约保证金	不收取
	<p><b>1.★报价要求,</b> (1) 本项目总价包干最高限价为<b>570700.00</b>, 投标报价若超过项目最高控制金额及分项预算单价的,将被视为无效报价。(2) 报价方式以人民币为报价货币。(3) 本项目实行总价包干,报价中须包含在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。投标人应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况,估算合理单价,对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整,投标报价应包括:货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验(报检)费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费(包括基座、配电改造费等)、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用,以及安装调试、验收费、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、中标服务费、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。投标人必须充分考虑市场价格的调节,服务期内采购人将不再增加任何费用。</p> <p><b>2.★总报价,</b> 总报价中不得包含公开招标文件要求以外的内容,否则,在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的,缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中,成交后不作任何调整。</p> <p><b>3.质保期及售后服务要求,</b> 1) 质量保证期(简称“质保期”)内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。 2) 中标人所提供的设备主机提供原厂商整机质保期: <b>≥36</b>个月,软件提供终身升级服务,质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算(若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求,应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标人在投标文件中承诺,格式自拟)。 3) 质量保证期内发生的质量问题,由中标人负责解决(因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障外)。 4) 任何时候,中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任中标人有义务对所提供的货物实行</p>

其他

终生维护和对设备进行定期的检测和维修。5) 售后服务必须由生产厂家或中标人承担, 给采购人造成经济损失的中标人应承担相应经济责任。6) 质保期内, 如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时, 则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。7) 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。8) 中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构, 并提供常设服务专线和长期的技术支持: 提供24小时的热线支持, 如电话响应无法解决, 则24小时内到现场进行修复, 48小时内完成; 48小时内无法解决时, 提供相同型号的备用机, 不得影响采购人的正常工作业务, 费用由中标人负责。9) 质保期内, 所有设备维修均为上门服务, 即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修, 由此产生的费用均由中标人负担。10) 所提供系统和设备, 在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新, 中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。11) 质保期满后, 中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务, 当发生故障时, 中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。12) 质保期满后中标人可继续提供维修服务, 维修中只收零件费。

4. 供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应, 任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。

5. 对于用户需求书带“▲”号的技术条款, 除另有说明外, 提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件(明显标注技术条款在证明文件中对应位置); 没有上述技术证明的, 评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

6. 虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标, 将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任, 其中标无效, 导致采购人蒙受损失的, 必须对采购人给予赔偿。

7. 其他说明, 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。

## 2. 技术标准与要求

序号	核心产品要求 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1		手术器械	乳房活检系统	台	1.00	98,000.00	98,000.00	工业	详见附表一
2		医用内窥镜	小儿输尿管镜	台	1.00	68,700.00	68,700.00	工业	详见附表二
3		医用内窥镜	电切内窥镜及附件	套	1.00	95,000.00	95,000.00	工业	详见附表三
4	△	医用内窥镜	宫腔内窥镜(冷刀)	套	1.00	309,000.00	309,000.00	工业	详见附表四

附表一：乳房活检系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>注：1.政策性要求：投标方案中所提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购或优先采购的，须按采购文件要求提交相关证明文件，具体要求详见投标文件格式中的“节能产品、环境标志产品证明材料”部分。</p> <p>2.以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。以下需求有关标准/规范的要求，如有更新，以最新现行版本为准。</p> <p>除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。</p> <p>以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。</p> <p>一、★本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。</p> <p>二、★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。</p> <p>三、★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。</p>



	<p><b>乳房活检系统（1台）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.电源：400瓦，2安培；</li> <li>2.▲显示屏：触摸屏，中文显示；</li> <li>3.手柄：超声/钨靶下引导使用；</li> <li>4.活检针规格：可选 7G/8G/10G不同针型，有效长度90/115/150mm，满足不同临床需求；</li> <li>5.▲刀槽无极可调：可根据病灶尺寸精准调节刀槽长度；</li> <li>6.▲取样模式：可兼容封闭式取样/开放式取样；</li> <li>7.取样计数：操作界面显示取样次数；</li> <li>8.▲取样功能：一键连续取样与手动取样并存，满足临床不同需求；</li> <li>9.取样防护：操作手柄按键实现急停功能，降低手术风险；</li> <li>10.真空负压：负压范围：-70kpa±10kPa - 90kPa±10kPa（20inHg-29inHg）提供更大的负压和气流量，降低堵针风险；</li> <li>11.负压可调：可通过操作界面调整负压大小，利于浅表病灶的切除；</li> <li>12.负压显示：操作界面显示负压值，便于实时监测；</li> <li>13.真空回路：一次性使用真空管路设计，降低感控风险；</li> <li>14.▲废液管理：操作界面实时显示废液容量并有预警音提示，避免设备污染及损坏；</li> <li>15.切割角度：预设角度自动旋转，方便操作；</li> <li>16.▲切割模式：操作界面至少提供三种切割模式，满足不同种类病灶的切除；</li> </ol> <p>模式（1）：适合常规病灶；</p> <p>模式（2）：适合较硬病灶；</p> <p>模式（3）：根据病灶情况自动调节切割速度。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：小儿输尿管镜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求														
	1	<p>小儿输尿管镜（1台）</p> <p>1.纤维输尿管肾镜，镜内是光学纤维，不少于5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；</p> <p>2.▲不少于5°光学视管，镜桥跟镜体为一体镜，避免镜桥磨损漏水；6Fr≤工作直径≤7.5Fr.，工作通道：≥4Fr.，工作长度≥430mm；</p> <p>3.▲消毒方式：可气熏、浸泡、高温高压消毒；</p> <p>4.目镜符合ISO标准；能与手术室摄像系统兼容对接。</p> <p>5.配置要求：</p> <table border="1" data-bbox="539 555 1289 922"> <tbody> <tr> <td>主镜</td> <td>1条</td> </tr> <tr> <td>清洗刷</td> <td>1条</td> </tr> <tr> <td>封帽</td> <td>2个</td> </tr> <tr> <td>垫圈，10个/包</td> <td>1包</td> </tr> <tr> <td>接头</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>国产抓钳</td> <td>2把</td> </tr> <tr> <td>消毒蓝</td> <td>1个</td> </tr> </tbody> </table>	主镜	1条	清洗刷	1条	封帽	2个	垫圈，10个/包	1包	接头	1个	国产抓钳	2把	消毒蓝	1个
主镜	1条															
清洗刷	1条															
封帽	2个															
垫圈，10个/包	1包															
接头	1个															
国产抓钳	2把															
消毒蓝	1个															
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>														

附表三：电切内窥镜及附件

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																								
	1	<p><b>电切内窥镜及配件（1套）</b></p> <p>1.采用蓝宝石镜面，无腐蚀性；</p> <p>2.视向角<math>\leq 12^\circ</math>，视场角<math>\geq 60^\circ</math>工作长度<math>\geq 302\text{mm}</math>，插入部外径<math>\leq 2.9\text{mm}</math>；</p> <p>3.▲外鞘工作长度<math>\geq 200\text{mm}</math>，外径<math>\leq 7.4\text{mm}</math>，带进出水开关；</p> <p>4.内鞘工作长度<math>\geq 224\text{mm}</math>，外径<math>\leq 6.0\text{mm}</math>，可<math>360^\circ</math>旋转；</p> <p>5.工作操作器：双极；</p> <p>6.手术电极：滚状、环状、针状；</p> <p>7.配置清单：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>设备名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>宫腔电切内窥镜及配件（内窥镜）</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>宫腔电切内窥镜及配件（操作器）</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>宫腔电切内窥镜及配件（外鞘）</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>宫腔电切内窥镜及配件（内鞘（含闭孔器））</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>宫腔电切内窥镜及配件（手术电极）</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>宫腔电切内窥镜及配件（高频连接线）</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>专用内窥镜器械消毒盒</td> <td>1个</td> </tr> </tbody> </table>	序号	设备名称	数量	1	宫腔电切内窥镜及配件（内窥镜）	1个	2	宫腔电切内窥镜及配件（操作器）	1个	3	宫腔电切内窥镜及配件（外鞘）	1个	4	宫腔电切内窥镜及配件（内鞘（含闭孔器））	1个	5	宫腔电切内窥镜及配件（手术电极）	1个	6	宫腔电切内窥镜及配件（高频连接线）	1个	7	专用内窥镜器械消毒盒	1个
序号	设备名称	数量																								
1	宫腔电切内窥镜及配件（内窥镜）	1个																								
2	宫腔电切内窥镜及配件（操作器）	1个																								
3	宫腔电切内窥镜及配件（外鞘）	1个																								
4	宫腔电切内窥镜及配件（内鞘（含闭孔器））	1个																								
5	宫腔电切内窥镜及配件（手术电极）	1个																								
6	宫腔电切内窥镜及配件（高频连接线）	1个																								
7	专用内窥镜器械消毒盒	1个																								
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>																								

附表四：宫腔内窥镜(冷刀)

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p><b>宫腔内窥镜(冷刀)（1套）</b></p> <p>1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗。</p> <p>2.▲平行视野Z型宫腔镜一条，视向角<math>\leq 12^\circ</math>；</p> <p>3.▲镜体外观设计符合人体工程学，方便握持，不易从宫腔内滑出，操作方便更安全；</p> <p>4.蓝宝石镜面，主镜工作长度<math>\geq 200\text{mm}</math>；</p> <p>5.▲外径<math>\leq 21\text{Fr}</math>；</p> <p>6.目镜和器械通道平行，保证摄像头获得视野角度即为实时角度；</p> <p>7.▲平行视野宫腔镜镜体具有大于3毫米的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道<math>\geq 3\text{mm}</math>，注液通道孔径<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；</p> <p>8.配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳，重型抓钳、大型抓钳等；手术器械外径<math>\leq 3\text{mm}</math>，工作长度<math>\geq 360\text{mm}</math>，<math>360^\circ</math>可旋转手柄；</p>

- 9.▲器械通道入口采用喇叭口设计，方便器械进入；
- 10.手术器械具三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯），符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求，可低温等离子、高温高压消毒；
- 11.▲密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关，防止术中膨宫液体向术者飞溅，便于手术中切换不同器械；密封帽双层密封，避免因较大器械进入时空气伴随进入形成气泡；
- 12.进出水高通量设计，保证了手术视野的清晰；
- 13.▲进出水口可根据手术需求360度旋转，防止进出水路管缠绕；
- 14.▲各类器械工作头部外径 $\leq 3\text{mm}$ ，具备更有力的操作，无外露关节，保证操作视野不受影响；
- 15.操作系统配备专用消毒盒，方便选择不同消毒方式分别灭菌和存放；
- 16.▲所有宫腔镜配套手术器械与宫腔镜配套使用，符合国家二类宫腔镜配套手术器械注册标准，适用于宫腔内疾病的检查和治疗；
- 17.配置清单：

序号	设备名称	规格	数量
1	宫腔镜	20.8Fr/12°	1个
2	宫腔镜配套手术器械（单开剪刀）	Φ3*360	1个
3	宫腔镜配套手术器械（双开剪刀）	Φ3*360	1个
4	宫腔镜配套手术器械(弯剪刀)	Φ3*360	1个
5	宫腔镜配套手术器械（钩剪刀）	Φ3*360	1个
6	宫腔镜配套手术器械（弯分离钳）	Φ3*360	1个
7	宫腔镜配套手术器械（活检钳）	Φ3*360	1个
8	宫腔镜配套手术器械（大型抓钳）	Φ3*360	1个
9	宫腔镜配套手术器械（重型抓钳）	Φ3*360	1个
10	高频手术电极（钩状电极）	Φ3*360	1个
11	高频手术电极（棒状电极）	Φ3*360	1个
12	专用内窥镜消毒盒	/	1个
13	穿刺器	十字穿刺器Φ5	1个
14	阴道拉钩	38×80	1个
15	阴道拉钩	38×90	1个
16	阴道拉钩	38×100	1个
17	后壁拉钩	40×127	1个
18	后壁拉钩	35×127	1个
19	弧形拉钩	30×108	1个
20	前壁拉钩	30×104	1个
21	前壁拉钩	25×104	1个
22	C型钩钳	250	1个
23	盆骶拉钩	40	2个
24	盆骶拉钩	30	2个
25	盆骶拉钩	25	1个
26	盆骶拉钩	16	1个
27	杯式举宫器	特种举宫器（D型）	1个

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

采购包5（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点；

付款方式	<p><b>1期：支付比例100%,1.合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%； 2.中标人凭以下有效文件进行结算： 1）合同； 2）正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 3）中标通知书； 4）请款函； 5）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； 3.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。 4.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</b></p>
验收要求	<p><b>1期： 1.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。</b></p>
履约保证金	不收取
	<p><b>1.★报价要求，（1）本项目总价包干最高限价为10000.00元，投标报价若超过项目最高控制金额及分项预算单价的，将被视为无效报价。（2）报价方式以人民币为报价货币。（3）本项目实行总价包干，报价中须包含在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。投标人应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，投标报价应包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、中标服务费、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。投标人必须充分考虑市场价格的调节，服务期内采购人将不再增加任何费用。</b></p> <p><b>2.★总报价，总报价中不得包含公开招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报</b></p>

其他

价中，成交后不作任何调整。

3.质保期及售后服务要求，1) 质量保质期（简称“质保期”）内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。2) 中标人所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 72$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标人在投标文件中承诺，格式自拟）。3) 质量保质期发生的质量问题，由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障外）。4) 任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任。中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。5) 售后服务必须由生产厂家或中标人承担，给采购人造成经济损失的中标人应承担相应经济责任。6) 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。7) 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。8) 中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响采购人的正常工作业务，费用由中标人负责。9) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。10) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。11) 质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。12) 质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。

4. 供应商须对本项目为单位的的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。

5. 对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

6. 虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

7. 其他说明，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		临床检验设备	全自动凝血分析仪	台	1.00	10,000.00	10,000.00	工业	详见附件一

附表一：全自动凝血分析仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>注：1.政策性要求：投标方案中所提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购或优先采购的，须按采购文件要求提交相关证明文件，具体要求详见投标文件格式中的“节能产品、环境标志产品证明材料”部分。</p> <p>2.以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。以下需求有关标准/规范的要求，如有更新，以最新现行版本为准。</p> <p>除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。</p> <p>以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。</p> <p>一、★本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。</p> <p>二、★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。</p> <p>三、★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。</p>



	<p>全自动凝血分析仪（1台）</p> <p>1.检测方法学：</p> <p>（1）多波长检测系统；</p> <p>（2）凝固法：405，660，800nm（百分比检测方法）；</p> <p>（3）发色底物法：405、340nm；</p> <p>（4）免疫比浊法：575、800nm；</p> <p>（5）凝集法：800nm；</p> <p>2.▲检测通道：18检测通道或以上，全能通道设置，每通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法，其中8个通道可进行聚集法实验；</p> <p>3.检测参数：</p> <p>能开展以下项目，并能提供相应试剂在国内的注册证：</p> <p>（1）凝固法：PT，APTT，Fbg，TT，II，V，VII，X，VIII，IX，XI，XII，PS，PC；</p> <p>（2）发色底物法：AT-III，PLG，<math>\alpha</math>2-AP，PC，FXIII，PAI；</p> <p>（3）免疫比浊法：D-Dimer，VWF:Ag等；</p> <p>4.▲检测速度：</p> <p>（1）单项检测速度 PT：400tests/h，DD：200tests/h；</p> <p>（2）综合测试速度：PT/APTT：400tests/h；</p> <p>5.▲样本筛查：具备样本监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本，并作相应的标注与提醒）；</p> <p>6.试剂位：不少于40个，低于10℃冷藏，关闭仪器后可选择保持冷藏功能，有效维持试剂稳定性；</p> <p>7.样本位：不少于100个，可连续进样；</p> <p>8.急诊位：不少于5个；</p> <p>9.反应杯：自动添加反应杯，最大1000个反应杯，连续添加；</p> <p>10.▲加样针：加样针<math>\geq</math>2根，试剂针<math>\geq</math>2根，标配样品盖帽穿刺功能；</p> <p>11.QC系统：X control，Levy-Jennings control，多规则（Westgard Rule）监测；</p> <p>12.数据存储：不少于10000样本结果且带反应曲线；</p> <p>13.实时检测状态：可实现显示样本检测剩余时间、显示试剂剩余测试数/容量、显示试剂在线时间；</p> <p>14.反应曲线：可记录并查看测试过程中完整的反应曲线，支持导出、保存、缩放、重计算等功能。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

采购包6（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点；

付款方式	<p><b>1期：支付比例100%,1.合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%； 2.中标人凭以下有效文件进行结算： 1）合同； 2）正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 3）中标通知书； 4）请款函； 5）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； 3.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。 4.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</b></p>
验收要求	<p><b>1期： 1.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。 5.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。</b></p>
履约保证金	不收取
	<p><b>1.★报价要求，（1）本项目总价包干最高限价为539000.00元，投标报价若超过项目最高控制金额及分项预算单价的，将被视为无效报价。（2）报价方式以人民币为报价货币。（3）本项目实行总价包干，报价中须包含在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。投标人应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，投标报价应包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、中标服务费、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。投标人必须充分考虑市场价格的调节，服务期内采购人将不再增加任何费用。</b></p> <p><b>2.★总报价，总报价中不得包含公开招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报</b></p>

其他

价中，成交后不作任何调整。

3.质保期及售后服务要求，1) 质量保质期（简称“质保期”）内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内采购人对中标人享有追索权。2) 中标人所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 24$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由中标人在投标文件中承诺，格式自拟）。3) 质量保证金期内发生的质量问题，由中标人负责解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障外）。4) 任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任。中标人有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。5) 售后服务必须由生产厂家或中标人承担，给采购人造成经济损失的中标人应承担相应经济责任。6) 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。7) 高清电子支气管镜质保期内提供周期上门服务：中标人须在设备验收后，每三个月例行上门检测设备运行状态。8) 中标人负责向采购人提供现场安全操作及必要的维护保养培训。9) 中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响采购人的正常工作业务，费用由中标人负责。10) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。11) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。12) 质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。13) 质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。

4. 供应商须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效响应。

5. 对于用户需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

6. 虚假承诺的视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。

7. 其他说明，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	技术要求
1	△	医用内窥镜	高清电子支气管镜	台	1.00	496,000.00	496,000.00	工业	详见附表一
2		医用电子生理参数检测仪器设备	FeNo检测仪	台	1.00	18,000.00	18,000.00	工业	详见附表二
3		医用内窥镜	可视喉镜	台	1.00	25,000.00	25,000.00	工业	详见附表三

附表一：高清电子支气管镜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>注：1.政策性要求：投标方案中所提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内强制采购或优先采购的，须按采购文件要求提交相关证明文件，具体要求详见投标文件格式中的“节能产品、环境标志产品证明材料”部分。</p> <p>2.以下需求仅作为技术/服务的客观描述，无限制性或指向性，投标方案必须满足或优于。以下需求有关标准/规范的要求，如有更新，以最新现行版本为准。</p> <p>除另有说明外，以下需求所述的“大于”“小于”“以上”“以下”等描述或符号均包含本数。除另有说明外，以下需求所述区间范围的是指：响应数值在该区间范围内，或响应区间能涵盖该范围的，均为符合要求；响应数值不在该范围内，或响应区间不能涵盖该范围的，均为负偏离。所述固定数值的可以完整、明确地描述采购标的需实现的功能或者目标、满足的质量、安全、技术规格、物理特性等技术要求，是指：响应数值满足或优于该固定数值的，均为符合要求；响应数值劣于该固定数值的，均为负偏离。</p> <p>以下有关配置的要求仅列出主要设备/部件需求，投标人必须确保设备及所有部件的完整性和可靠性，对于招标文件没有列出，而对该设备满足采购需求、正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，且均已包含在总价内。</p> <p>一、★本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。</p> <p>二、★投标人所投医疗器械必须具备医疗器械注册/备案证明,包括药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证。</p> <p>三、★投标人必须承诺，对于所投医疗器械，投标文件中响应的内容以及提供的技术证明，必须以药品监督管理部门批准的注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书内容为准，涉及医疗器械名称、适用范围、作用机理或者结构及组成等内容的，不得超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围。投标人必须承诺，如中标后发现投标文件响应的内容或提供的技术证明超出注册证书或者备案凭证、注册或者备案的产品说明书范围的，视为以虚假材料谋取中标，将依法向监管部门报告后严肃处理并追究相应责任，其中标无效，导致采购人蒙受损失的，必须对采购人给予赔偿。</p>
		<p>高清电子支气管镜（1台）</p> <p>（一）高清影像处理机</p>

## 1.主机

- (1) 主机系统：开放式升级平台，可无限次升级，增加功能、提升效果；
- (2) 主机光源采用一体化设计，便于移动，减少由于连接带来的信号衰减；
- (3) ▲成像方式：彩色CCD面次序成像方式；
- (4) ▲HD+专业级高清图像，大于1080线的逐行扫描技术；
- (5) 功能控制（一）：面板调节，部分项目可自定义，系统、图像、工具、打印四组可通过菜单恢复出厂设置；

功能控制（二）：键盘调节；

功能控制（三）：可自定义内镜手柄按键；

功能控制（四）：可自定义脚踏开关；

- (6) 变焦类型：数码变焦 $\geq 2$ 倍；
- (7) 变焦方式：中心放大、框选区域放大；
- (8) 色彩调节：R $\pm 5$ 级， B $\pm 5$ 级；
- (9) ▲图像冻结：支持并显示活动小画面（可选两种方式）；
- (10) 白平衡：自动调整；
- (11) 图像修饰（一）：图像轮廓增强；

图像修饰（二）：图像降噪功能；

- (12) 存储：支持USB存储设备（静态图像+病人资料、图像+医生简述），支持DV（IEEE139

4）存储（动态音/视频）；

- (13) 信息：支持病人信息存储，支持操作者信息存储；
- (14) 视频输出：高清数字信号：HD DVI-I（数字、模拟兼容），标清数字信号：SDI；
- (15) 标准模拟信号：Y/C、VIDEO、RGBS；
- (16) 视频输入：标准模拟信号：Y/C、VIDEO、PinP功能；
- (17) 音频输入：模拟信号3.5mm耳机插；
- (18) FTSW：脚踏开关接；

SA-P2：注水泵接口脚踏开关接；

RS-232C：数据传输接；

RJ45：以太网接；

KEYBOARD：键盘接；

CONTRAL：外围设备控制；

- (19) 外围设备控制：打印机、移动存储、VCR等；

存储设定：图像格式、打印质量等

- (20) ▲可兼容高清电子胃肠镜、高清电子鼻咽喉镜，电子支气管镜及超声胃镜、超声支气管镜等。

## 2.光源

- (1) 光源：独立开关；
- (2) 照明方式：根据内镜系列自动调节；
- (3) ▲主灯： $\geq 150W$ 氙灯；
- (4) 曝光方式：自动；
- (5) 颜色转换：采用电子分光方式；
- (6) 调光方式：兼具自动/手动；

(7) 测光方式：兼具峰值/平均；

(8) 气泵：不少于五级调节；

(9) ▲具备送气/送水两种模式；

## (二) 高清电子支气管镜

1.视野角：≥120°；

2.景深：3-100mm；

3.插入部外径≤5.2mm；

4.工作长度≥600mm；

5.▲弯曲角度：上≥210°，下≥130°；

6.钳道管道：≥2.0mm；

7.最小可视距离先端≤3mm；

8.PVE接头可180°旋转，减少导光缆的扭伤；

9.内镜可控制图像冻结、采集、存储；

10.▲导光缆、电子接口一体化设计。

## (三) 高清电子支气管镜（治疗型）

1.百万像素级纯数字CCD摄像元件；

2.视野角：≥120°；

3.▲景深：3-100mm；

4.插入部外径≤6.4mm；

5.工作长度≥600mm；

6.弯曲角度：上≥180°，下≥130°；

7.▲钳道管道：≥2.8mm；

8.最小可视距离先端≤3mm；

9.▲PVE接头可180°旋转，减少导光缆的扭伤；

10.内镜可控制图像冻结、采集、存储；

11.导光缆、电子接口一体化设计；

## (四) 高清医用显示器

1.液晶监视器；

2.▲屏幕尺寸≥24英寸；

3.分辨率≥1280×1024；

4.提供DVI-I接口以便兼容数字和模拟视频信号；

5.具备无信号自动待机功能。

## (五) 多功能台车

1.与所推荐主机匹配；

2.多层设计，可放置电刀及视频打印机等；

3.提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度；

4.配置要求：

		高清影像处理机	1台	
		高清电子支气管镜	1条	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。			
	打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。			
附表二：FeNo检测仪		多功能台车	1台	

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>FeNo检测仪（1台）</b></p> <p>产品用途：测定呼出气一氧化氮浓度</p> <p>检测原理：电化学检测原理</p> <p>（一）采样及测定</p> <p>1.采样方式：</p> <p>（1）在线口呼直接采样；</p> <p>（2）离线采样；</p> <p>（3）气袋采样（含潮气采集）；</p> <p>（4）在线鼻呼直接采样；</p> <p>2.采样要求：</p> <p>（1）呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间自选；</p> <p>（2）呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选；</p> <p>3.测定模式：</p> <p>（1）具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定nNO；</p> <p>（2）具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定FeNO；</p> <p>（3）具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定CaNO；</p> <p>（4）婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sNO；</p> <p>（5）▲不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可联合测试，提高测试效率。</p> <p>（二）性能指标</p> <p>1.测试范围：0ppb—3100ppb；</p> <p>2.分析时间：≤70秒；</p> <p>3.检测下限：3 ppb；</p> <p>4.准确性（与标准配气的比较）：误差±3ppb或±10%；</p> <p>5.重复性：相对偏差CV应在±10%内；</p> <p>6.▲线性 ≥0.98；</p> <p>7.稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率小于±10%。</p> <p>（三）质量控制</p> <p>1.具备仪器开机自动校准，也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准；</p> <p>2.自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性；</p> <p>3.测定过程中出现呼气压力过低、过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，可自动停止测定并提示错误信息。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表三：可视喉镜



参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>可视喉镜（1台）</p> <p>1.可视喉镜镜片参数：</p> <p>（1）喉镜片可以消毒后重复使用；</p> <p>（2）喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离：成人大号：≤49mm；</p> <p>（3）镜片长度：成人大号：≤140mm；</p> <p>（4）镜片厚度（摄像头处）：成人大号：≤14mm；</p> <p>2.可视喉镜技术要求：</p> <p>（1）显示屏</p> <p>①高清广角显示屏；</p> <p>①屏显分辨率：≥960×480；</p> <p>③屏幕旋转角度：前后：0°~135°，左右：0°~275°；</p> <p>④具备AV输出接口，数据导出和充电接口；</p> <p>（2）摄像系统</p> <p>①数字化摄像系统，像素：不少于200万；</p> <p>②视场角：70°±2°；</p> <p>③有效景深：3~100mm；</p> <p>④防雾功能：开机预热后即可使用；</p> <p>⑤▲光照度：≥3000lux；</p> <p>（3）电池</p> <p>①充电器输入:100~240V，50/60Hz；</p> <p>②充电器输出:5V,2000mA；</p> <p>③电池容量≥3000mA；</p> <p>④充电时间:≤4h；</p> <p>⑤▲电池放电时间≥6h；</p> <p>（4）▲具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能；</p> <p>（5）具有AV输出功能，方便教学及演示；</p> <p>（6）主机和摄像系统的连接采用插拔式设计，手柄和摄像系统为一个整体，全浸泡消毒更方便。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指佛山联恒招投标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共6个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价 采购包6：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。采购包3：保证金人民币：0.00元整。采购包4：保证金人民币：0.00元整。采购包5：保证金人民币：0.00元整。采购包6：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。

10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p><b>非加密电子版投标文件使用情形：</b>当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。<b>纸质投标文件使用情形：</b>当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选人推荐家数	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p> <p>采购包3： 1家</p> <p>采购包4： 1家</p> <p>采购包5： 1家</p> <p>采购包6： 1家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p> <p>采购包3： 1家</p> <p>采购包4： 1家</p> <p>采购包5： 1家</p> <p>采购包6： 1家</p>
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>采购包2： 3家</p> <p>采购包3： 3家</p> <p>采购包4： 3家</p> <p>采购包5： 3家</p> <p>采购包6： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	<p>无：本项目兼投兼中。本项目评审结束后，如个别采购包出现改变排序或者重新评审或重新招标等改变中标结果的情形，其他采购包的排序和评审结果均不作任何调整。</p>
15	中标供应商确定方式	<p>采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。</p>

16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：差额定率累进法收费，以各采购包的中标通知书的中标金额作为采购代理服务费的计算基数，参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格（2002）1980号、发改办价格（2003）857号及发改价格（2011）534号文规定的“货物类”计费标准计算，不足4000元按4000收取。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	<p>1.合同签订时间补充说明，按照佛山市政务服务数据管理局 佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知（佛政数函〔2021〕54号），采购人在中标（成交）通知书发出之日起原则上20日内与中标（成交）供应商签订政府采购合同。</p> <p>2.政府采购质押融资，根据《佛山市人民政府办公室关于佛山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见》（佛府办[2017]30号），凡是取得政府采购合同并在政府采购监管部门办理合同备案的广东省行政区域内中小微企业供应商，可凭借政府采购备案合同和中标通知书，向银行申请“政府采购质押融资”。供应商在签署拟采用“政府采购质押融资”的政府采购合同时，应向采购单位提示该合同将用于贷款申请，并在合同中注明“政府采购质押融资”字样和“融资银行名称及该银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意不得变更收款账号”内容。</p> <p>3.融资贷款，根据《佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知》（佛政数函[2021] 54号），参与政府采购的中小微企业可凭借中标(成交)通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。</p> <p>4.本项目采用电子系统进行招投标，请在投标前详细阅读供应商操作手册，手册获取网址：<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html</a>。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。</p> <p>5.供应商参加本项目投标，需要提前办理CA和电子签章，办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南，指南获取地址：<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/</a>。</p> <p>6.请供应商按“远程开标”有关要求，在投标截止时间前上传加密的电子投标文件，未按要求上传的将视为自动放弃投标。</p> <p>7.本项目开标方式为“远程开标”，有关事项如下：（1）由云平台进行自动在线签到及在线解密。（2）供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。（3）项目开标时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书开始解密，解密时限为主持人开启远程解密起30分钟内完成，逾期未完成解密将作无效投标处理。各供应商在参加开标之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。</p> <p>8.PDF版招标文件与WORD版招标文件如有不一致的，以PDF版招标文件为准。</p> <p>9.供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅留意澄清等环节信息，在规定时间内完成响应并加盖电子印章（未按要求进行响应，由此造成的后果由供应商自行承担）。</p> <p>10.本项目投标报价采用人民币元为单位，在《开标一览表》中“响应报价（元/%）”因系统格式</p>

		<p>问题无法调整，实际应为“响应报价（元）”；因第六章响应文件格式与要求为系统直接生成无法调整，请供应商根据本项目的实际情况、项目特点情况选用。</p> <p>11.本招标文件内要求的扫描件，可以是原件的扫描件，也可以是复印件的扫描件。</p> <p>12.合同签订时间补充说明，按照佛山市政务服务数据管理局佛山市财政局关于进一步促进公平竞争优化政府采购营商环境的通知（佛政数函〔2021〕54号），采购人在中标（成交）通知书发出之日起原则上20日内与中标（成交）供应商签订政府采购合同。如因客观原因无法在20日内签订政府采购合同的，可延长不多于10日。</p> <p>13.根据《佛山市南海区财政局关于印发&lt;佛山市南海区关于进一步深化政府采购改革的意见&gt;的通知》（南财采〔2020〕6号）的有关规定，采购代理机构将在佛山市公共资源交易中心南海分中心“交易信息”网页发布中标（成交）公告的同时一并公示中标人的投标文件内容，接受社会公众监督，投标人递交投标文件后视为作出以下承诺：（1）承诺同意采购人或其委托的代理机构将投标文件中以下信息予以公开，公开内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。以下投标文件信息不属于公开范围：法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、项目实施方案、售后服务方案。（2）承诺保证上述应公示的内容的真实性，且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容。</p>
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	<p>采购包1：非专门面向中小企业</p> <p>采购包2：非专门面向中小企业</p> <p>采购包3：非专门面向中小企业</p> <p>采购包4：非专门面向中小企业</p> <p>采购包5：非专门面向中小企业</p> <p>采购包6：非专门面向中小企业</p>

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施

加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2.投标文件的制作



2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由佛山联恒招投标代理有限公司代收。具体操作要求详见佛山联恒招投标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询佛山联恒招投标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至佛山联恒招投标代理有限公司，到账情况以开标时佛山联恒招投标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

#### 6.2 投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

### 8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

### 9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1.开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

#### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

### 2.评审（详见第四章）

### 3.定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)佛山市公共资源交易中心南海分中心

(<http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzjyzyx/znjj/>)、佛山联恒招投标代理有限公司官网

(<https://www.fslhztb.com/>)（公告内容和时间不一致时，以广东省政府采购网发布的为准）。以上公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书

面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### 3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易中心南海分中心(<http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzx/znjj/>)、佛山联恒招投标代理有限公司官网(<https://www.fslhztb.com/>)（公告内容和时间不一致时，以广东省政府采购网发布的为准）。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

#### 2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

#### 2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：罗小姐

电话：0757-83136061

传真：-

邮箱：2248155955@qq.com

地址：佛山市禅城区季华西路133号A3座

邮编：528000

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市南海区财政局政府采购管理股

地址：佛山市南海区桂城街道南新三路20号

电话：0757-86282779、86282776

邮编：528200

传真：-

## 八、合同签订和履行

### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1. 评标方法

采购包1(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包1)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包2)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包3)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包4(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包4)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包5(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包5)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包6(桂城医院采购医疗设备一批(医疗设备项目二)(包6)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由佛山联恒招投标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对佛山联恒招投标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5 不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包2（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包3（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包4（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4））：



序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包5（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包6（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除，即：评标价=核实价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。

3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。
8	许可证	如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。
9	联合体投标情形	本项目不接受联合体投标。
10	促进中小企业发展	本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包2（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。
8	许可证	如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。
9	联合体投标情形	本项目不接受联合体投标。

10	促进中小企业发展	<p>本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。</p>
----	----------	--

采购包3（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。
8	许可证	如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。
9	联合体投标情形	本项目不接受联合体投标。
10	促进中小企业发展	本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包4（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。

4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。
8	许可证	如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。
9	联合体投标情形	本项目不接受联合体投标。
10	促进中小企业发展	本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

采购包5（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。

2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）及中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。
8	许可证	如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。
9	联合体投标情形	本项目不接受联合体投标。



10	促进中小企业发展	<p>本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。</p>
----	----------	--

采购包6（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供投标截止日前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需提供2022年的年度财务报告(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报告)扫描件，或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	<p>可按《政府采购供应商资格信用承诺函》提供承诺（具体格式详见公告附件）；若未提供《政府采购供应商资格信用承诺函》则需参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款：根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见：“较大数额罚款”认定为200万以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）</p>

6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按照《投标函》进行承诺。
8	许可证	如投标人为生产商，所投产品为第二、三类医疗器械的需提供医疗器械生产许可证；如投标人为代理商，所投产品为第三类医疗器械的需提供医疗器械经营许可证。
9	联合体投标情形	本项目不接受联合体投标。
10	促进中小企业发展	本项目不属于专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应提供对应的书面声明函。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

表二符合性审查表：

采购包1（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	签署、盖章	按照公开招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足公开招标文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有公开招标文件中规定的其它无效投标条款的；
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	其他	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
8	投标报价	（1）投标报价未超过本项目采购预算及最高限价；（2）对本项目内全部招标内容进行投标报价。

采购包2（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	签署、盖章	按照公开招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足公开招标文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有公开招标文件中规定的其它无效投标条款的；
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	其他	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
8	投标报价	（1）投标报价未超过本项目采购预算及最高限价；（2）对本项目内全部招标内容进行投标报价。

采购包3（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	签署、盖章	按照公开招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足公开招标文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有公开招标文件中规定的其它无效投标条款的；
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	其他	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
8	投标报价	（1）投标报价未超过本项目采购预算及最高限价；（2）对本项目内全部招标内容进行投标报价。

采购包4（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	签署、盖章	按照公开招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足公开招标文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有公开招标文件中规定的其它无效投标条款的；
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	其他	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
8	投标报价	（1）投标报价未超过本项目采购预算及最高限价；（2）对本项目内全部招标内容进行投标报价。

采购包5（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	签署、盖章	按照公开招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足公开招标文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有公开招标文件中规定的其它无效投标条款的；
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	其他	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
8	投标报价	（1）投标报价未超过本项目采购预算及最高限价；（2）对本项目内全部招标内容进行投标报价。

采购包6（桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	签署、盖章	按照公开招标文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；
3	实质性要求	响应文件满足公开招标文件中标注★号条款的；
4	无效情形	响应文件没有公开招标文件中规定的其它无效投标条款的；
5	报价修正	如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价,投标人按规定书面确认。
6	投标方案	投标人提供的投标方案及报价方案固定。
7	其他	投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
8	投标报价	（1）投标报价未超过本项目采购预算及最高限价；（2）对本项目内全部招标内容进行投标报价。

## 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

## 3.详细评审

采购包1(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包1）)：

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分25.0分 技术部分45.0分 报价得分30.0分

技术部分	主要产品技术参数响应情况 (15.0分)	“第二章 采购需求”的“2.技术标准与要求”的“附表一”的“序号”栏中的所有带“▲”条款（共15项）对应的“具体技术(参数)要求”内容的响应情况：所有条款完全响应或正偏离的，得15分。如有不响应或负偏离的情况，在15分的基础上，每不响应或负偏离一项扣1分，最低扣至得0分。注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况，对于需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。
	货物的质量性能 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	提供的货物质量、性能、可维护性、稳定性、（先）先进性进行综合评审： 1.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性好，性能满足或优于采购需求，得8分； 2.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性较好，性能基本满足采购需求，得5分； 3.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性一般，性能部分满足采购需求，得2分； 4.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性较差，性能较多不满足采购需求，得0分。注：不提供方案不得分。
	设备先进性 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	根据设（备）选型、配置、技术含量等合理性、（先）先进性进行综合评审。 1.设（备）选型先进，配置、技术含量等合理、先进，满足或优于采购需求，得8分； 2.设（备）选型较好，配置、技术含量等较合理、较先进，符合采购需求，得5分； 3.设（备）选型一般，配置、技术含量等合理性一般、（先）先进性一般，基本符合采购需求，得2分； 4.设（备）选型较差，不符合采购需求，得0分。注：不提供方案不得分。
	安装调试、验收及培训方案 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	对供应商所提供的安装调试、验收及培训方案进行综合评审： 1.安装调试、验收及培训方案详细完善、合理，满足或优于采购需求，得8分； 2.安装调试、验收及培训方案较详细完善、较合理，符合采购需求，得5分； 3.安装调试、验收及培训方案一般、基本合理，基本符合采购需求，得2分； 4.安装调试、验收及培训方案差、不合理，不符合采购需求，得0分；注：不提供方案不得分。
	节能环保产品评价 (1.0分)，（等次分值选择： 0.0; 0.5; 1.0; ）	所提供的产品具有节能产品（是节能产品品目清单政府强制采购产品的除外）、环境标志产品认证证书，得0.5分/证书，最高得1分。注：提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，超过认证证书有效截止日期的无效。不提供不得分。
	操作维护简便性 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行综合评审： 1.货物的操作使用及维护简便，满足或优于采购需求，得5分； 2.货物的操作使用及维护性一般，符合采购需求，得3分； 3.货物的操作使用及维护性较差，不符合采购需求，得1分；注：不提供不得分。

商务部分	后续使用成本 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审： 1.产品易损耗件使用寿命长、零配件价格低、服务收费合理，得5分； 2.产品易损耗件使用寿命一般、零配件价格较高、服务收费较高，得3分； 3.产品易损耗件使用寿命短、零配件价格高、服务收费高，得1分； 注：不提供不得分。
	供应商承诺的配件 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商提供辅助配件实用性与使用价值进行综合评审： 1.辅助配件实用性强、使用价值高，满足或优于采购需求，得5分； 2.辅助配件实用性较强、使用价值较高，基本符合采购需求，得3分； 3.辅助配件实用性不强、使用价值不高，不符合采购需求，得1分。 注：提供承诺函，不提供不得分。
	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商的售后服务方案进行综合评审： 1.售后服务方案合理可行，满足或优于采购需求，得5分； 2.售后服务方案较合理可行，符合采购需求，得3分； 3.售后服务方案基本合理可行，基本符合采购需求，得1分； 4.售后服务方案不合理、不可行，不符合采购需求，得0分； 注：不提供方案不得分。
	相关业绩 (10.0分)	对投标人业绩情况进行评分： 2019年以来具有同类业绩的，每项业绩计2分，最高得10分。 注：提供合同关键页扫描件（需体现项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标（响应）报价得分=(评标基准价 / 投标（响应）报价)×价格权重 ×100

采购包2(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包2）):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分
主要产品技术参数响应情况 (9.0分)	“第二章 采购需求”的“2.技术标准与要求”的“附表一”的“序号”栏中的所有带“▲”条款（共9项）对应的“具体技术(参数)要求”内容的响应情况：所有条款完全响应或正偏离的，得9分。如有不响应或负偏离的情况，在9分的基础上，每不响应或负偏离一项扣1分，最低扣至得0分。 注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况，对于需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

技术部分	货物的质量性能 (8.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; )	提供的货物质量、性能、可维护性、稳定性、(先)进性进行综合评审: 1.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性好,性能满足或优于采购需求,得8分; 2.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性较好,性能基本满足采购需求,得5分; 3.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性一般,性能部分满足采购需求,得2分; 4.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性较差,性能较多不满足采购需求,得0分。注:不提供方案不得分。
	设备先进性 (8.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; )	根据设(备)选型、配置、技术含量等合理性、(先)进性进行综合评审。 1.设(备)选型先进,配置、技术含量等合理、先进,满足或优于采购需求,得8分; 2.设(备)选型较好,配置、技术含量等较合理、较先进,符合采购需求,得5分; 3.设(备)选型一般,配置、技术含量等合理性一般、(先)进性一般,基本符合采购需求,得2分; 4.设(备)选型较差,不符合采购需求,得0分。注:不提供方案不得分。
	安装调试、验收及培训方案 (8.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; )	对供应商所提供的安装调试、验收及培训方案进行综合评审: 1.安装调试、验收及培训方案详细完善、合理,满足或优于采购需求,得8分; 2.安装调试、验收及培训方案较详细完善、较合理,符合采购需求,得5分; 3.安装调试、验收及培训方案一般、基本合理,基本符合采购需求,得2分; 4.安装调试、验收及培训方案差、不合理,不符合采购需求,得0分; 注:不提供方案不得分。
	节能环保产品评价 (1.0分), (等次分值选择: 0.0; 0.5; 1.0; )	所提供的产品具有节能产品(是节能产品品目清单政府强制采购产品的除外)、环境标志产品认证证书,得0.5分/证书,最高得1分。注:提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件,超过认证证书有效截止日期的无效。不提供不得分。
	操作维护简便性 (6.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; )	根据设备的操作使用及维护的简便性,对产品进行综合评审: 1.货物的操作使用及维护简便,满足或优于采购需求,得6分; 2.货物的操作使用及维护性一般,符合采购需求,得4分; 3.货物的操作使用及维护性较差,不符合采购需求,得2分; 注:不提供不得分。
商务部分	后续使用成本 (10.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; )	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审: 1.产品易损耗件使用寿命长、零配件价格低、服务收费合理,得10分; 2.产品易损耗件使用寿命一般、零配件价格较高、服务收费较高,得6分; 3.产品易损耗件使用寿命短、零配件价格高、服务收费高,得2分; 注:不提供不得分。
	供应商承诺的配件 (5.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; )	根据供应商提供辅助配件实用性与使用价值进行综合评审: 1.辅助配件实用性强、使用价值高,满足或优于采购需求,得5分; 2.辅助配件实用性较强、使用价值较高,基本符合采购需求,得3分; 3.辅助配件实用性不强、使用价值不高,不符合采购需求,得1分。注:提供承诺函,不提供不得分。

	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商的售后服务方案进行综合评审： 1.售后服务方案合理可行，满足或优于采购需求，得5分； 2.售后服务方案较合理可行，符合采购需求，得3分； 3.售后服务方案基本合理可行，基本符合采购需求，得1分； 4.售后服务方案不合理、不可行，不符合采购需求，得0分； 注：不提供方案不得分。
	相关业绩 (10.0分)	对投标人业绩情况进行评分： 2019年以来具有同类业绩的，每项业绩计2分，最高得10分。 注：提供合同关键页扫描件（需体现项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标（响应）报价得分=(评标基准价 / 投标（响应）报价)×价格权重 ×100

采购包3(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包3）):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	主要产品技术参数响应情况 (11.0分)	“第二章 采购需求”的“2.技术标准与要求”的“附表一”的“序号”栏中的所有带“▲”条款（共11项）对应的“具体技术(参数)要求”内容的响应情况：所有条款完全响应或正偏离的，得11分。如有不响应或负偏离的情况，在11分的基础上，每不响应或负偏离一项扣1分，最低扣至得0分。 注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况，对于需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。
	货物的质量性能 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	提供的货物质量、性能、可维护性、稳定性、（先）先进性进行综合评审： 1.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性好，性能满足或优于采购需求，得8分； 2.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性较好，性能基本满足采购需求，得5分； 3.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性一般，性能部分满足采购需求，得2分； 4.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性较差，性能较多不满足采购需求，得0分。 注：不提供方案不得分。
	设备先进性 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	根据设（备）选型、配置、技术含量等合理性、（先）先进性进行综合评审。 1.设（备）选型先进，配置、技术含量等合理、先进，满足或优于采购需求，得8分； 2.设（备）选型较好，配置、技术含量等较合理、较先进，符合采购需求，得5分； 3.设（备）选型一般，配置、技术含量等合理性一般、（先）先进性一般，基本符合采购需求，得2分； 4.设（备）选型较差，不符合采购需求，得0分。 注：不提供方案不得分。



	安装调试、验收及培训方案 (8.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; ）	对供应商所提供的安装调试、验收及培训方案进行综合评审： 1.安装调试、验收及培训方案详细完善、合理，满足或优于采购需求，得8分； 2.安装调试、验收及培训方案较详细完善、较合理，符合采购需求，得5分； 3.安装调试、验收及培训方案一般、基本合理，基本符合采购需求，得2分； 4.安装调试、验收及培训方案差、不合理，不符合采购需求，得0分；注：不提供方案不得分。
	节能环保产品评价 (1.0分)，（等次分值选择： 0.0; 0.5; 1.0; ）	所提供的产品具有节能产品（是节能产品品目清单政府强制采购产品的除外）、环境标志产品认证证书，得0.5分/证书，最高得1分。注：提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，超过认证证书有效截止日期的无效。不提供不得分。
	操作维护简便性 (4.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 3.0; 4.0; ）	根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行综合评审： 1.货物的操作使用及维护简便，满足或优于采购需求，得4分； 2.货物的操作使用及维护性一般，符合采购需求，得3分； 3.货物的操作使用及维护性较差，不符合采购需求，得2分；注：不提供不得分。
商务部分	后续使用成本 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; ）	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审： 1.产品易损耗件使用寿命长、零配件价格低、服务收费合理，得10分； 2.产品易损耗件使用寿命一般、零配件价格较高、服务收费较高，得6分； 3.产品易损耗件使用寿命短、零配件价格高、服务收费高，得2分；注：不提供不得分。
	供应商承诺的配件 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商提供辅助配件实用性与使用价值进行综合评审： 1.辅助配件实用性强、使用价值高，满足或优于采购需求，得5分； 2.辅助配件实用性较强、使用价值较高，基本符合采购需求，得3分； 3.辅助配件实用性不强、使用价值不高，不符合采购需求，得1分。注：提供承诺函，不提供不得分。
	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商的售后服务方案进行综合评审： 1.售后服务方案合理可行，满足或优于采购需求，得5分； 2.售后服务方案较合理可行，符合采购需求，得3分； 3.售后服务方案基本合理可行，基本符合采购需求，得1分； 4.售后服务方案不合理、不可行，不符合采购需求，得0分；注：不提供方案不得分。
	相关业绩 (10.0分)	对投标人业绩情况进行评分： 2019年以来具有同类业绩的，每项业绩计2分，最高得10分。注：提供合同关键页扫描件（需体现项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标（响应）报价得分=(评标基准价 / 投标（响应）报价)×价格权重 ×100

采购包4(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包4）):

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	主要产品技术参数响应情况 (18.0分)	<p>“第二章 采购需求”的“2.技术标准与要求”的“附表一”的“序号”栏中的所有带“▲”条款（共18项）对应的“具体技术(参数)要求”内容的响应情况：所有条款完全响应或正偏离的，得18分。如有不响应或负偏离的情况，在18分的基础上，每不响应或负偏离一项扣1分，最低扣至得0分。注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况，对于需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。</p>
	货物的质量性能 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 6.0;）	<p>提供的货物质量、性能、可维护性、稳定性、（先）先进性进行综合评审：          1.货物质量、维护性、稳定性、（先）进性好，性能满足或优于采购需求，得6分；          2.货物质量、维护性、稳定性、（先）进性较好，性能基本满足采购需求，得4分；          3.货物质量、维护性、稳定性、（先）进性一般，性能部分满足采购需求，得2分；          4.货物质量、维护性、稳定性、（先）进性较差，性能较多不满足采购需求，得0分。注：不提供方案不得分。</p>
	设备先进性 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 6.0;）	<p>根据设（备）选型、配置、技术含量等合理性、（先）先进性进行综合评审。          1.设（备）选型先进，配置、技术含量等合理、先进，满足或优于采购需求，得6分；          2.设（备）选型较好，配置、技术含量等较合理、较先进，符合采购需求，得4分；          3.设（备）选型一般，配置、技术含量等合理性一般、（先）先进性一般，基本符合采购需求，得2分；          4.设（备）选型较差，不符合采购需求，得0分。注：不提供方案不得分。</p>
	安装调试、验收及培训方案 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 6.0;）	<p>对供应商所提供的安装调试、验收及培训方案进行综合评审：          1.安装调试、验收及培训方案详细完善、合理，满足或优于采购需求，得6分；          2.安装调试、验收及培训方案较详细完善、较合理，符合采购需求，得4分；          3.安装调试、验收及培训方案一般、基本合理，基本符合采购需求，得2分；          4.安装调试、验收及培训方案差、不合理，不符合采购需求，得0分；          注：不提供方案不得分。</p>
	节能环保产品评价 (1.0分)，（等次分值选择： 0.0; 0.5; 1.0;）	<p>所提供的产品具有节能产品（是节能产品品目清单政府强制采购产品的除外）、环境标志产品认证证书，得0.5分/证书，最高得1分。注：提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，超过认证证书有效截止日期的无效。不提供不得分。</p>
	操作维护简便性 (3.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; 3.0;）	<p>根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行综合评审：          1.货物的操作使用及维护简便，满足或优于采购需求，得3分；          2.货物的操作使用及维护性一般，符合采购需求，得2分；          3.货物的操作使用及维护性较差，不符合采购需求，得1分；          注：不提供不得分。</p>

商务部分	后续使用成本 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0;）	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审： 1.产品易损耗件使用寿命长、零配件价格低、服务收费合理，得10分； 2.产品易损耗件使用寿命一般、零配件价格较高、服务收费较高，得6分； 3.产品易损耗件使用寿命短、零配件价格高、服务收费高，得2分； 注：不提供不得分。
	供应商承诺的配件 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0;）	根据供应商提供辅助配件实用性与使用价值进行综合评审： 1.辅助配件实用性强、使用价值高，满足或优于采购需求，得5分； 2.辅助配件实用性较强、使用价值较高，基本符合采购需求，得3分； 3.辅助配件实用性不强、使用价值不高，不符合采购需求，得1分。 注：提供承诺函，不提供不得分。
	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0;）	根据供应商的售后服务方案进行综合评审： 1.售后服务方案合理可行，满足或优于采购需求，得5分； 2.售后服务方案较合理可行，符合采购需求，得3分； 3.售后服务方案基本合理可行，基本符合采购需求，得1分； 4.售后服务方案不合理、不可行，不符合采购需求，得0分； 注：不提供方案不得分。
	相关业绩 (10.0分)	对投标人业绩情况进行评分： 2019年以来具有同类业绩的，每项业绩计2分，最高得10分。 注：提供合同关键页扫描件（需体现项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标（响应）报价得分=(评标基准价 / 投标（响应）报价)×价格权重 ×100

采购包5(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包5）):

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分
主要产品技术参数响应情况 (12.0分)	“第二章 采购需求”的“2.技术标准与要求”的“附表一”的“序号”栏中的所有带“▲”条款（共12项）对应的“具体技术(参数)要求”内容的响应情况：所有条款完全响应或正偏离的，得12分。如有不响应或负偏离的情况，在12分的基础上，每不响应或负偏离一项扣3分，最低扣至得0分。 注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况，对于需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。

技术部分	货物的质量性能 (8.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; )	提供的货物质量、性能、可维护性、稳定性、(先)进性进行综合评审: 1.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性好,性能满足或优于采购需求,得8分; 2.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性较好,性能基本满足采购需求,得5分; 3.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性一般,性能部分满足采购需求,得2分; 4.货物质量、维护性、稳定性、(先)进性较差,性能较多不满足采购需求,得0分。注:不提供方案不得分。
	设备先进性 (8.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; )	根据设(备)选型、配置、技术含量等合理性、(先)进性进行综合评审。 1.设(备)选型先进,配置、技术含量等合理、先进,满足或优于采购需求,得8分; 2.设(备)选型较好,配置、技术含量等较合理、较先进,符合采购需求,得5分; 3.设(备)选型一般,配置、技术含量等合理性一般、(先)进性一般,基本符合采购需求,得2分; 4.设(备)选型较差,不符合采购需求,得0分。注:不提供方案不得分。
	安装调试、验收及培训方案 (8.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 5.0; 8.0; )	对供应商所提供的安装调试、验收及培训方案进行综合评审: 1.安装调试、验收及培训方案详细完善、合理,满足或优于采购需求,得8分; 2.安装调试、验收及培训方案较详细完善、较合理,符合采购需求,得5分; 3.安装调试、验收及培训方案一般、基本合理,基本符合采购需求,得2分; 4.安装调试、验收及培训方案差、不合理,不符合采购需求,得0分; 注:不提供方案不得分。
	节能环保产品评价 (1.0分), (等次分值选择: 0.0; 0.5; 1.0; )	所提供的产品具有节能产品(是节能产品品目清单政府强制采购产品的除外)、环境标志产品认证证书,得0.5分/证书,最高得1分。注:提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件,超过认证证书有效截止日期的无效。不提供不得分。
	操作维护简便性 (3.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 2.0; 3.0; )	根据设备的操作使用及维护的简便性,对产品进行综合评审: 1.货物的操作使用及维护简便,满足或优于采购需求,得3分; 2.货物的操作使用及维护性一般,符合采购需求,得2分; 3.货物的操作使用及维护性较差,不符合采购需求,得1分; 注:不提供不得分。
商务部分	后续使用成本 (10.0分), (等次分值选择: 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; )	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审: 1.产品易损耗件使用寿命长、零配件价格低、服务收费合理,得10分; 2.产品易损耗件使用寿命一般、零配件价格较高、服务收费较高,得6分; 3.产品易损耗件使用寿命短、零配件价格高、服务收费高,得2分; 注:不提供不得分。
	供应商承诺的配件 (5.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; )	根据供应商提供辅助配件实用性与使用价值进行综合评审: 1.辅助配件实用性强、使用价值高,满足或优于采购需求,得5分; 2.辅助配件实用性较强、使用价值较高,基本符合采购需求,得3分; 3.辅助配件实用性不强、使用价值不高,不符合采购需求,得1分。注:提供承诺函,不提供不得分。

	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商的售后服务方案进行综合评审： 1.售后服务方案合理可行，满足或优于采购需求，得5分； 2.售后服务方案较合理可行，符合采购需求，得3分； 3.售后服务方案基本合理可行，基本符合采购需求，得1分； 4.售后服务方案不合理、不可行，不符合采购需求，得0分； 注：不提供方案不得分。
	相关业绩 (10.0分)	对投标人业绩情况进行评分： 2019年以来具有同类业绩的，每项业绩计2分，最高得10分。 注：提供合同关键页扫描件（需体现项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标（响应）报价得分=(评标基准价 / 投标（响应）报价)×价格权重 ×100

采购包6(桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）（包6）):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分	
技术部分	主要产品技术参数响应情况 (17.0分)	“第二章 采购需求”的“2.技术标准与要求”的“附表一”的“序号”栏中的所有带“▲”条款（共17项）对应的“具体技术(参数)要求”内容的响应情况：所有条款完全响应或正偏离的，得17分。如有不响应或负偏离的情况，在17分的基础上，每不响应或负偏离一项扣1分，最低扣至得0分。 注：投标人应在《技术和服务要求响应表》中按表格要求如实填写响应/偏离情况，对于需求书带“▲”号的技术条款，除另有说明外，提供第三方检测报告或该产品制造商出具的技术证明文件或制造商公开发布的印刷资料作为技术证明文件（明显标注技术条款在证明文件中对应位置）；没有上述技术证明的，评标委员会有权视该带“▲”号的技术条款为无效响应。
	货物的质量性能 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; ）	提供的货物质量、性能、可维护性、稳定性、（先）先进性进行综合评审： 1.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性好，性能满足或优于采购需求，得6分； 2.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性较好，性能基本满足采购需求，得4分； 3.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性一般，性能部分满足采购需求，得2分； 4.货物质量、维护性、稳定性、（先）先进性较差，性能较多不满足采购需求，得0分。 注：不提供方案不得分。
	设备先进性 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; ）	根据设（备）选型、配置、技术含量等合理性、（先）先进性进行综合评审。 1.设（备）选型先进，配置、技术含量等合理、先进，满足或优于采购需求，得6分； 2.设（备）选型较好，配置、技术含量等较合理、较先进，符合采购需求，得4分； 3.设（备）选型一般，配置、技术含量等合理性一般、（先）先进性一般，基本符合采购需求，得2分； 4.设（备）选型较差，不符合采购需求，得0分。 注：不提供方案不得分。

	安装调试、验收及培训方案 (6.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; ）	对供应商所提供的安装调试、验收及培训方案进行综合评审： 1.安装调试、验收及培训方案详细完善、合理，满足或优于采购需求，得6分； 2.安装调试、验收及培训方案较详细完善、较合理，符合采购需求，得4分； 3.安装调试、验收及培训方案一般、基本合理，基本符合采购需求，得2分； 4.安装调试、验收及培训方案差、不合理，不符合采购需求，得0分；注：不提供方案不得分。
	节能环保产品评价 (1.0分)，（等次分值选择： 0.0; 0.5; 1.0; ）	所提供的产品具有节能产品（是节能产品品目清单政府强制采购产品的除外）、环境标志产品认证证书，得0.5分/证书，最高得1分。注：提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，超过认证证书有效截止日期的无效。不提供不得分。
	操作维护简便性 (4.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 3.0; 4.0; ）	根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行综合评审： 1.货物的操作使用及维护简便，满足或优于采购需求，得4分； 2.货物的操作使用及维护性一般，符合采购需求，得3分； 3.货物的操作使用及维护性较差，不符合采购需求，得2分；注：不提供不得分。
商务部分	后续使用成本 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; ）	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审： 1.产品易损耗件使用寿命长、零配件价格低、服务收费合理，得10分； 2.产品易损耗件使用寿命一般、零配件价格较高、服务收费较高，得6分； 3.产品易损耗件使用寿命短、零配件价格高、服务收费高，得2分；注：不提供不得分。
	供应商承诺的配件 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商提供辅助配件实用性与使用价值进行综合评审： 1.辅助配件实用性强、使用价值高，满足或优于采购需求，得5分； 2.辅助配件实用性较强、使用价值较高，基本符合采购需求，得3分； 3.辅助配件实用性不强、使用价值不高，不符合采购需求，得1分。注：提供承诺函，不提供不得分。
	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据供应商的售后服务方案进行综合评审： 1.售后服务方案合理可行，满足或优于采购需求，得5分； 2.售后服务方案较合理可行，符合采购需求，得3分； 3.售后服务方案基本合理可行，基本符合采购需求，得1分； 4.售后服务方案不合理、不可行，不符合采购需求，得0分；注：不提供方案不得分。
	相关业绩 (10.0分)	对投标人业绩情况进行评分： 2019年以来具有同类业绩的，每项业绩计2分，最高得10分。注：提供合同关键页扫描件（需体现项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标（响应）报价得分=(评标基准价 / 投标（响应）报价)×价格权重 ×100

#### 4.汇总、排序

##### 采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品

为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 采购包3:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 采购包4:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 采购包5:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 采购包6:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

## 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

## 6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



# 佛山市政府采购项目 合同书

(采购包1)

项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

甲方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙方：（中标供应商名称）

签订日期：    年    月    日

# 佛山市政府采购项目合同书

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

项目编号：440605-2023-11315（采购包1）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

按照采购文件和投标/响应文件执行

二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）实行总价包干，合同总额包括在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。乙方应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。乙方必须充分考虑市场价格的调节，服务期内甲方将不再增加任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）
4.	项目完工期	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	乙方所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月（医用高清阅片显示器验收合格后整机在1年内出现故障的承诺包换，抗蓝光），软件提供终身升级服务，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

6.	付款方式	合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%；
7.	付款要求	<p>1.乙方凭以下有效文件进行结算：</p> <p>1) 合同；</p> <p>2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；</p> <p>3) 中标通知书；</p> <p>4) 请款函；</p> <p>5) 验收调试合格报告（加盖甲方公章）；</p> <p>2.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。</p> <p>3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</p>

#### 四、安装与调试：

- 1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
- 2.乙方必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。
- 3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

- 1.乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

- 1.质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费 / 有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
- 2.质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障外）。
- 3.任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。
- 4.售后服务必须由生产厂家或乙方承担，给甲方造成经济损失的乙方应承担相应经济责任。
- 5.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超

过5天, 则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

6.质保期内提供周期上门服务:

1) 质保期内提供周期上门服务: 乙方须在设备验收后, 每三个月例行上门检测设备运行状态。

2) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

3) 质保期内, 所有设备维修均为上门服务, 即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修, 由此产生的费用均由乙方负担。

4) 所提供系统和设备, 在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新, 乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

5) 质保期满后, 乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务, 当发生故障时, 乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

6) 质保期满后乙方可继续提供维修服务, 维修中只收零件费。

7) 数字化医用X射线摄影系统需要“交钥匙工程”, 包含机房装修, 机房施工预评、控评及验收发证等, 配套自动跟踪放射防护系统。

7.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构, 并提供常设服务专线和长期的技术支持: 提供24小时的热线支持, 如电话响应无法解决, 则24小时内到现场进行修复, 48小时内完成; 48小时内无法解决时, 提供相同型号的备用机, 不得影响甲方的正常工作业务, 费用由乙方负责。

8.乙方售后服务机构名称及地址:

联系人1: , 联系电话: , 手机: ;

联系人2: , 联系电话: , 手机: ;

9.其他售后服务补充内容: (补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改)

## 七、知识产权和保密要求:

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷; 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉, 则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止, 乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密, 否则, 由于乙方过错导致的上述资料泄密的, 乙方必须承担一切责任。项目完成后, 甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1) 未经甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方, 不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2) 除了合同本身之外, 上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求, 乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

## 八、违约责任:

1.乙方未按要求履行合同义务时, 须从违约之日起每日按合同总额的5%比例向甲方支付违约金; 逾期30日以上时, 甲方有权终止合同, 由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的, 乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时, 或无故拖延验收、付款时, 甲方须向乙方支付滞纳金, 标准为每日按逾期应付款总额的3%累计。

## 九、提出异议的时间和办法:

1.甲方在验收后7天内如对货物的型号、规格、质量有异议时, 应在妥善保管货物的同时, 即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后, 应在3天内负责处理并函复甲方处理情况, 否则, 即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁, 所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便, 以不道德的手段, 故意隐瞒和掩盖自身缔约过失, 违背投标(响应)承诺和未尽义务, 损害了甲方的合法权益, 甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿, 且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

## 十、争议的解决:

1.合同履行过程中发生的任何争议, 如双方未能通过友好协商解决, 应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质质量有争议的, 统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定, 鉴定结果符合质量技术标准时, 鉴定费由委托方承担; 否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间, 除提交法院审理的事项外, 其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

## 十一、不可抗力:

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十二、税费：

- 1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- 2.乙方依照税务规章优先在合同履行地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

## 十三、合同生效与合同备案：

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

## 十四、乙方应提供的资料内容：

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

## 十五、关于政府采购合同融资

- 1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

## 十六、其它：

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证单位执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：

代表：\_\_\_\_\_

地址：

电话：

传真：

日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

代表：\_\_\_\_\_

地址：

电话：

传真：

日期：    年  月  日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：

开户名称：

银行账号：

开户行：

鉴证单位：佛山联恒招投标代理有限公司

经核对，合同条款与采购文件一致。

代表：

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一、《报价清单一明细表》

# 佛山市政府采购项目 合同书

(采购包2)

项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商名称）

签订日期： 年 月 日

# 佛山市政府采购项目合同书

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

项目编号：440605-2023-11315（采购包2）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

按照采购文件和投标/响应文件执行

## 二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）实行总价包干，合同总额包括在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。乙方应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。乙方必须充分考虑市场价格的调节，服务期内甲方将不再增加任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）
4.	项目完工期	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	乙方所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

6.	付款方式	合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%；
7.	付款要求	<p>1.乙方凭以下有效文件进行结算：</p> <p>1) 合同；</p> <p>2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；</p> <p>3) 中标通知书；</p> <p>4) 请款函；</p> <p>5) 验收调试合格报告（加盖甲方公章）；</p> <p>2.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。</p> <p>3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</p>

#### 四、安装与调试：

- 1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
- 2.乙方必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。
- 3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

- 1.乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

- 1.质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费 / 有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
- 2.质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障外）。
- 3.任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。
- 4.售后服务必须由生产厂家或乙方承担，给甲方造成经济损失的乙方应承担相应经济责任。
- 5.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超



过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

**6.质保期内提供周期上门服务：**

1) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

2) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

3) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

4) 质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供条件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

5) 质保期满后乙方可以继续提供维修服务，维修中只收零件费。

7.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响甲方的正常工作业务，费用由乙方负责。

**8.乙方售后服务机构名称及地址：**

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

**9.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）**

\_\_\_\_\_。

**七、知识产权和保密要求：**

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1) 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2) 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

**八、违约责任：**

1.乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的5%比例向甲方支付违约金；逾期30日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的3%累计。

**九、提出异议的时间和办法：**

1.甲方在验收后7天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

**十、争议的解决：**

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

**十一、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**

- 1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- 2.乙方依照税务规章优先在合同履行地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**十三、合同生效与合同备案：**

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

**十四、乙方应提供的资料内容：**

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

**十五、关于政府采购合同融资**

1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

**十六、其它：**

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证单位执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：  
代表：\_\_\_\_\_  
地址：  
电话：  
传真：  
日期：    年  月  日

乙方（盖章）：  
代表：\_\_\_\_\_  
地址：  
电话：  
传真：  
日期：    年  月  日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：  
开户名称：  
银行账号：  
开户行：

鉴证单位：佛山联恒招投标代理有限公司  
经核对，合同条款与采购文件一致。

代表：

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》

# 佛山市政府采购项目 合同书

(采购包3)

项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商名称）

签订日期： 年 月 日

# 佛山市政府采购项目合同书

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

项目编号：440605-2023-11315（采购包3）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

按照采购文件和投标/响应文件执行

## 二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）实行总价包干，合同总额包括在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。乙方应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。乙方必须充分考虑市场价格的调节，服务期内甲方将不再增加任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）
4.	项目完工期	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	乙方所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

6.	付款方式	合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%；
7.	付款要求	<p>1.乙方凭以下有效文件进行结算：</p> <p>1) 合同；</p> <p>2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；</p> <p>3) 中标通知书；</p> <p>4) 请款函；</p> <p>5) 验收调试合格报告（加盖甲方公章）；</p> <p>2.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。</p> <p>3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</p>

#### 四、安装与调试：

- 1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
- 2.乙方必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。
- 3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

- 1.乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

- 1.质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费 / 有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
- 2.质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障外）。
- 3.任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。
- 4.售后服务必须由生产厂家或乙方承担，给甲方造成经济损失的乙方应承担相应经济责任。
- 5.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超

过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

6.质保期内提供周期上门服务：

1) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

2) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

3) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

4) 质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供条件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

5) 质保期满后乙方可以继续提供维修服务，维修中只收零件费。

7.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响甲方的正常工作业务，费用由乙方负责。

8.乙方售后服务机构名称及地址：

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

9.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

\_\_\_\_\_。

#### 七、知识产权和保密要求：

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1) 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2) 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

#### 八、违约责任：

1.乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的5%比例向甲方支付违约金；逾期30日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的3%累计。

#### 九、提出异议的时间和办法：

1.甲方在验收后7天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

#### 十、争议的解决：

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

#### 十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**

- 1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- 2.乙方依照税务规章优先在合同履行地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**十三、合同生效与合同备案：**

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

**十四、乙方应提供的资料内容：**

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

**十五、关于政府采购合同融资**

1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

**十六、其它：**

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证单位执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：  
 代表：\_\_\_\_\_  
 地址：  
 电话：  
 传真：  
 日期：    年  月  日

乙方（盖章）：  
 代表：\_\_\_\_\_  
 地址：  
 电话：  
 传真：  
 日期：    年  月  日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：  
 开户名称：  
 银行账号：  
 开户行：

鉴证单位：佛山联恒招投标代理有限公司  
 经核对，合同条款与采购文件一致。

代表：

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》

# 佛山市政府采购项目 合同书

(采购包4)

项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商名称）

签订日期： 年 月 日



# 佛山市政府采购项目合同书

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

项目编号：440605-2023-11315（采购包4）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

按照采购文件和投标/响应文件执行

二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）实行总价包干，合同总额包括在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。乙方应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。乙方必须充分考虑市场价格的调节，服务期内甲方将不再增加任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）
4.	项目完工期	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	乙方所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 36$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

6.	付款方式	合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%；
7.	付款要求	<p>1.乙方凭以下有效文件进行结算：</p> <p>1) 合同；</p> <p>2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；</p> <p>3) 中标通知书；</p> <p>4) 请款函；</p> <p>5) 验收调试合格报告（加盖甲方公章）；</p> <p>2.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。</p> <p>3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</p>

#### 四、安装与调试：

- 1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
- 2.乙方必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。
- 3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

- 1.乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

- 1.质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费 / 有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
- 2.质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障外）。
- 3.任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。
- 4.售后服务必须由生产厂家或乙方承担，给甲方造成经济损失的乙方应承担相应经济责任。
- 5.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超

过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

6.质保期内提供周期上门服务：

1) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

2) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

3) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

4) 质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供条件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

5) 质保期满后乙方可以继续提供维修服务，维修中只收零件费。

7.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响甲方的正常工作业务，费用由乙方负责。

8.乙方售后服务机构名称及地址：

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

9.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

\_\_\_\_\_。

#### 七、知识产权和保密要求：

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1) 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2) 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

#### 八、违约责任：

1.乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的5%比例向甲方支付违约金；逾期30日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的3%累计。

#### 九、提出异议的时间和办法：

1.甲方在验收后7天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

#### 十、争议的解决：

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

#### 十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**

- 1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- 2.乙方依照税务规章优先在合同履行地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**十三、合同生效与合同备案：**

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

**十四、乙方应提供的资料内容：**

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

**十五、关于政府采购合同融资**

1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

**十六、其它：**

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证单位执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：  
 代表：\_\_\_\_\_  
 地址：  
 电话：  
 传真：  
 日期： 年 月 日

乙方（盖章）：  
 代表：\_\_\_\_\_  
 地址：  
 电话：  
 传真：  
 日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：  
 开户名称：  
 银行账号：  
 开户行：

鉴证单位：佛山联恒招投标代理有限公司  
 经核对，合同条款与采购文件一致。

代表：

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》

# 佛山市政府采购项目

## 合同书

(采购包5)

项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

甲方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙方：（中标供应商名称）

签订日期：    年    月    日

# 佛山市政府采购项目合同书

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

项目编号：440605-2023-11315（采购包5）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

按照采购文件和投标/响应文件执行

## 二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）实行总价包干，合同总额包括在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。乙方应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。乙方必须充分考虑市场价格的调节，服务期内甲方将不再增加任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）
4.	项目完工期	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	乙方所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 72$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

6.	付款方式	合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%；
7.	付款要求	<p>1.乙方凭以下有效文件进行结算：</p> <p>1) 合同；</p> <p>2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；</p> <p>3) 中标通知书；</p> <p>4) 请款函；</p> <p>5) 验收调试合格报告（加盖甲方公章）；</p> <p>2.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。</p> <p>3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</p>

#### 四、安装与调试：

- 1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
- 2.乙方必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。
- 3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

- 1.乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

- 1.质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费 / 有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
- 2.质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障外）。
- 3.任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。
- 4.售后服务必须由生产厂家或乙方承担，给甲方造成经济损失的乙方应承担相应经济责任。
- 5.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超



过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

6.质保期内提供周期上门服务：

1) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

2) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

3) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

4) 质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供条件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

5) 质保期满后乙方可以继续提供维修服务，维修中只收零件费。

7.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响甲方的正常工作业务，费用由乙方负责。

8.乙方售后服务机构名称及地址：

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

9.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

\_\_\_\_\_。

#### 七、知识产权和保密要求：

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1) 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2) 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

#### 八、违约责任：

1.乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的5%比例向甲方支付违约金；逾期30日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的3%累计。

#### 九、提出异议的时间和办法：

1.甲方在验收后7天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

#### 十、争议的解决：

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

#### 十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**

- 1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- 2.乙方依照税务规章优先在合同履行地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**十三、合同生效与合同备案：**

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

**十四、乙方应提供的资料内容：**

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

**十五、关于政府采购合同融资**

- 1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

**十六、其它：**

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证单位执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：  
代表：\_\_\_\_\_  
地址：  
电话：  
传真：  
日期：    年  月  日

乙方（盖章）：  
代表：\_\_\_\_\_  
地址：  
电话：  
传真：  
日期：    年  月  日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：  
开户名称：  
银行账号：  
开户行：

鉴证单位：佛山联恒招投标代理有限公司  
经核对，合同条款与采购文件一致。

代表：

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》

# 佛山市政府采购项目 合同书

(采购包6)

项目编号：**440605-2023-11315**

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商名称）

签订日期： 年 月 日

# 佛山市政府采购项目合同书

项目名称：桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）

项目编号：440605-2023-11315（采购包6）

甲 方：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

乙 方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容及实现功能目标：

按照采购文件和投标/响应文件执行

## 二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）实行总价包干，合同总额包括在招标范围内无论材料及人工价格、政策的变化等各种因素均不调整合同总价。乙方应根据各自的项目经验和本项目所在地的实际情况，估算合理单价，对人工、材料、机械及费用等的价差和不可预见的工程及费用等作出相应的调整，包括：货物及配件提供、施工设备费、机械费、设施费、劳务费、基本劳动保险金、检测费、环保检测费、检验（报检）费、设备验收费用、材料费、安装费、运输费、装卸费、临时工程费（包括基座、配电改造费等）、缺陷修理费、场地修复费用、管理费、利润、税金、所有一般风险、责任和业务费用，以及安装调试、验收费、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装场地清理费、质保期及售后服务费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。乙方必须充分考虑市场价格的调节，服务期内甲方将不再增加任何费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）
4.	项目完工期	合同签订生效后15个日历日内全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用。
5.	质量保证期	乙方所提供的设备主机提供原厂整机质保期： $\geq 24$ 个月，软件提供终身升级服务，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

6.	付款方式	合同签订生效且设备安装调试验收合格后支付合同总额的100%；
7.	付款要求	<p>1.乙方凭以下有效文件进行结算：</p> <p>1) 合同；</p> <p>2) 正式等额合法有效发票，收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；</p> <p>3) 中标通知书；</p> <p>4) 请款函；</p> <p>5) 验收调试合格报告（加盖甲方公章）；</p> <p>2.对于满足支付条件的，原则上在收到发票后10个工作日内办理支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付。</p> <p>3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。</p>

#### 四、安装与调试：

- 1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。
- 2.乙方必须以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。
- 3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

- 1.乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 2.货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 4.货物为原厂厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 7.验收时间为设备安装调试完毕并交付使用后7天内。
- 8.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

- 1.质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费 / 有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
- 2.质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障外）。
- 3.任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。
- 4.售后服务必须由生产厂家或乙方承担，给甲方造成经济损失的乙方应承担相应经济责任。
- 5.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超

过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

**6.质保期内提供周期上门服务：**

1) 高清电子支气管镜质保期内提供周期上门服务：乙方须在设备验收后，每三个月例行上门检测设备运行状态。

2) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

3) 质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

4) 所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

5) 质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

6) 质保期满后乙方可继续提供维修服务，维修中只收零件费。

7.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持：提供24小时的热线支持，如电话响应无法解决，则24小时内到现场进行修复，48小时内完成；48小时内无法解决时，提供相同型号的备用机，不得影响甲方的正常工作业务，费用由乙方负责。

**8.乙方售后服务机构名称及地址：**

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

**9.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）**

\_\_\_\_\_。

**七、知识产权和保密要求：**

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1) 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2) 除了合同本身之外，前款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

**八、违约责任：**

1.乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的5%比例向甲方支付违约金；逾期30日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3.甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的3%累计。

**九、提出异议的时间和办法：**

1.甲方在验收后7天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

**十、争议的解决：**

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

**十一、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关

机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十二、税费：

- 1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
- 2.乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

## 十三、合同生效与合同备案：

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.自采购合同签订之日起7个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

## 十四、乙方应提供的资料内容：

- 1.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
- 2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。
- 3.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

## 十五、关于政府采购合同融资

- 1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是/否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行账号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

## 十六、其它：

- 1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日日期。
- 2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
- 3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
- 4.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，鉴证单位执壹份。
- 5.本合同（含附件）共计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6.本合同签约履约地点：广东省佛山市。
- 7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
- 8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：

代表：\_\_\_\_\_

地址：

电话：

传真：

日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

代表：\_\_\_\_\_

地址：

电话：

传真：

日期：    年  月  日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：

开户名称：

银行账号：

开户行：

鉴证单位：佛山联恒招投标代理有限公司

经核对，合同条款与采购文件一致。

代表：

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一、《报价清单明细表》



## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号: **440605-2023-11315**

采购项目编号: **440605-2023-11315**

所投采购包: 第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

## 投标函

致：佛山联恒招投标代理有限公司

你方组织的“桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）”项目的招标[采购项目编号为：440605-2023-11315]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：佛山联恒招投标代理有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）”项目采购[采购项目编号为440605-2023-11315]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七:

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：佛山市南海区全科医院（佛山市南海区桂城医院）

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。



**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

#### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

#### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

#### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。



格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：佛山联恒招投标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）招标中获中标（采购项目编号：440605-2023-11315），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应佛山联恒招投标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

佛山联恒招投标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“桂城医院采购医疗设备一批（医疗设备项目二）”项目（采购项目编号：440605-2023-11315）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

## 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

#### 一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

#### 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

#### 四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

#### 五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_





格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 采购合同履行保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日